

Adenotomi - Fjerne falsk mandel - ØNH SSA

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.ØNH.SSA.2.b-1

Godkjent dato:

22.03.2024

Gyldig til:

22.03.2026

Revisjon:

9.03

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Fjernelse av adenoide vegetasjoner/"falsk mandel".

UTSTYR:

Utstyr fra sterilsentralen: adenotomiinstrumenter

Utstyr fra st. 13:

- 1 sugeslange
- Tupfere m./ blå røntgentråd
- 1 bordtrekk
- 1 sugekateter med svart tupp
- Ev 1 steril svelgtampong (Hvis Paracentese etter adenotomi)
- 1 bolle

Utstyr fra lager utenfor st. 13:

Oral/Dental Pakke
Bipolar diatermi m lang bøyd tupp
Ringtang (Ribe)

250 ml sug

Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor st. 13:

Tetracain m./adr.(evt.)
1 flaske NaCl

LEIE:

Ryggleie med hodet bakover i hodestøtte

HUDESINFEKSJON:

Ingen vask

DEKKING:

Øyep plaster. 3M Oralpakke m/trekant hull over munn. Op-tape over nese

OBS! Midtstilt tube. Polstring mellom tubefilter og pasienten.

OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:

Bøyle tvers over opr. bordet slik at GAG kan henges opp.
Munnen åpnes opp med munnspærre – GAG, som henges i bøylene. Speil til inspeksjon.
Adenoid vev fjernes med curette, som føres opp bak den bløte gane. Blodstilling med tupfere, evt Tetracain med adrenalin på tupfer.

Ikke steril assistanse.

Husk å telle tupfere. Blødning cirka 2 ml blod i godt gjennomtrukket tupfer.
Det legges kun inn (lang) tampong hvis det skal gjøres en Paracentese etter Adenotomi.

Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-1	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent dato: 22.03.2024	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 9.03
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Kryssreferanser

Eksterne referanser