

MR Lab.div - Retningslinjer for all personal

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.MSK.Rad SSA.2.7.1-2

Godkjent dato:

11.10.2023

Gyldig til:

11.10.2025

Revisjon:

2.07

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/MR/Teknisk

Retningslinjer for personale som følger pasienter til MR - laboratoriet.**OBS. Magneten står alltid på.**

På grunn av det kraftige magnetfelt som er i magnetrommet må vi, for å unngå skader på pasient, ansatte og eller MR-maskinen, ha visse forholdsregler som skal følges.

Personell:

Anestesipersonell som har erfaring med å være på **MR** skal følge pasienter inn i MR-maskinen hvis pasienter trenger det.

Personal som har operert inn metall i hjernen, øynene, ørene og hjertet bør ikke følge pasienter til MR og skal ikke inn i MR-rommet.

Lommene til personalet må tømmes for metall, sakser, klokker, mobiltelefon og bankkort. Disse gjenstander må bli igjen på avdelingen.

For å utelukke at det finnes skjult metall på pasientbåren skal personalet på MR føre metalledektoren som henger i forberedelsesrommet over pasienter som blir fraktet på bære inn i magnetrommet.

Utstyr:

Pasienter som skal ventileres skal ha enveis ventilasjonssystem med forlengelsesslanger.

Det må bare brukes MR-kompatibelt utstyr i MR-rommet.

Det må bare brukes den ene injeksjonsprøyten som er merket med at den hører til MR. Den skal sitte fast på stativet til det MR-kompatible overvåkningsutstyret under hele undersøkelsen..

Det MR-kompatible overvåkningsutstyret skal ikke stå lenger inn mot magneten enn det som er anvist med en strek på gulvet i MR-rommet. Hvis den står for nærme MR-maskinen kan det lage artefakter på bildene.