

		Klinikknivå			Generelt dokument
Tiltakskort Radiograf - Vurderingsteam SSF					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOF.MEF.SSF.2.a-8		Godkjent dato: 14.11.2023	Revideres innen: 14.11.2025	Sist endret: 14.11.2023	Revisjon: 11.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Medisinsk avdeling SSF/Akuttmottak - SSF/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

TILTAKSORT: **RADIOGRAF**

Pr. nå er SSF definert som **sykehus uten traumefunksjon**. Traumepasienter **vil likevel kunne komme til SSF**, enten fordi man ikke har erkjent at de er alvorlig skadet, eller fordi ambulansetjenesten/NLA ikke har kapasitet til direkte transport til SSK (SUS eller OUS) eller fordi pasienten kommer direkte til SSF med privat transport. Sykehuset må ha en plan for å vurdere og håndtere disse pasientene.

SSF skal jfr. Nasjonal traumeplan ha vurderingskompetanse. Pasienten skal da ha midlertidig undersøkelse og behandling **i påvente av transport. Undersøkelse og behandling skal ikke forsinke videre transport.**

Før pasienten kommer:

- Avklar om radiolog er tilgjengelig / **gi varsel om mulig pasient**
- Slå på CT-maskin / på dagtid kontakte CT – lab.
- Klargjør O2 / sug og annet med. utstyr på CT – rommet.
- Ta med mobilt røntgenapparat + detektor med raster til rtg thorax / bekken
- Sett inn rtg detektor m/raster i traumbord

Når pasienten kommer:

Røntgen thorax og røntgen bekken skal tas av **alle** pasienter meldt som Vurderingsteam i prioritert rekkefølge om ikke teamleder bestemmer annet:

1. **Røntgen thorax** tas liggende med AP strålegang når etterspurt av teamleder. **Gi tydelig beskjed når det eksponeres!**
2. **Røntgen bekken** tas liggende med AP strålegang **så fort som mulig** etter thoraxbildet. **Gi tydelig beskjed når det eksponeres!**

Etter bildetaking plasseres røntgenapparatet slik at det ikke står i veien for videre pasientbehandling.

Avklar med teamleder i akuttrommet om CT- og/eller ultralyd er aktuelt. Hvis **JA; innkall evt. radiolog.**

Radiografen bearbeider rtg bildene, varsler teamleder når de er klare og legger deretter bildene over i PACS.

CT-maskinen og kontrastsprøyten gjøres klar til bruk.

På kveld/natt: Vurdere behov for å kalle inn ekstra personell.

Utarbeidet av: Reidun Martinsen/Vivian Valente	Fagansvarlig: Solfrid Hamre	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: Anette Årstad	Dok.nr: D18259
--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------