
		Sjekkliste ved ikke negative smittetester, Blodbanken SSA			Side: 2 Av: 4
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-3	Utarbeidet av: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Fagansvarlig: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Godkjent dato: 28.06.2024	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 9.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

<p>Enhetsleder eller stedfortreder sjekket at papirer er riktig utfylt og signert på Look-Backskjema.</p>		
<p>Scan dokumentet og send dette som mail til deg selv. Send deretter mail (fra BB-mail) med vedlagt PDF - Look back/PDI Notification-Form 1 til lookback@octapharma.com med kopi til plasmanorway@octapharma.com. Under emne skriv internt saksnummer, eks. «2017-005 + SSHF, Arendal». Mal for utfylling ligger i perm «Smittetester under arbeid». Lagre mail i egen mappe i innboksen til blodgivermailen.</p>		
<p>Takeda: Hent frem look-back skjema Look-back/Donor Exclusion - Takeda, Blodbanken SSA fra O:\Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdeling SSA\A-BLODBANKEN\Takeda\Forsendelse av plasma/LookBack smittetest og legg inn relevant informasjon. Husk: Ingen giver-ID, kun tappenr. skal vises. Når ferdig utfylt, klikk på «lagre som» og legg inn filnavnet (eks. J000422100379 Side 1 2022-001) hvor de tre siste sifrene referer til internt saksnummer. Skriv ut skjema og lever sammen med de øvrige papirene til enhetsleder eller stedfortreder. Begge sider skal lagres/sendes.</p>		
<p>Enhetsleder eller stedfortreder sjekker at papirer er riktig utfylt og signerer på Look-Backskjema.</p>		
<p>Scan dokumentet og send som mail til deg selv. Send deretter mail (fra BB-mail) med vedlagt PDF - <i>Information Donor Exclusion (Look Back)</i> til Donation.exclusion@takeda.com. Under emne skriv internt saksnummer, eks. «2017-005 + SSHF, Arendal». Mal for utfylling ligger i perm «Smittetester under arbeid». Lagre mail i egen mappe i innboksen til blodgivermailen.</p>		
<p>Lagre look-Back rapporten elektronisk på: O:\Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdeling SSA\A-BLODBANKEN\Octapharma\LookBack eller O:\Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdeling SSA\A-BLODBANKEN\Takeda\Forsendelse av plasma/Look-back smittetest</p>		
<p>Sett svarrapporten fra MedMik, utskrift fra P303 over kasserte produkter, <i>Look back/PDI Notification-Form 1</i> til Octapharma og/eller <i>Look-back Donor Exclusion - Takeda Blodbanken SSA</i> til Takeda samt denne sjekkliste i plastmappe i perm merket «Smittetester under arbeid».</p>		
<p>Legg svar fra referanselaboratorier sammen med øvrige opplysninger i mappen til blodgiveren. Sett mappen i brevordner på fagbioingeniør blodgivere og tapping sitt kontor merket «Til BB-lege»².</p>		
Ansvar: Blodbanklege		
<p>Registrer svar fra referanselaboratorier i Prosang i P703 (to omganger)</p>		
<p>Slett OBS-kode A21 hvis aktuelt</p>		
<p>Legg inn OBS-kode A41 «Tidligere uspesifikk reaksjon i primærttest» hvis aktuelt</p>		
<p>Ved anti-HBcore: Legg inn obs kode A07</p>		
<p>Ved Syfilis: Legg inn obs-kode Y10</p>		
<p>Hvis aktuelt, frigi blodgiveren i G000 for ny giving</p>		

² Dersom det dreier seg om en kontrollprøve skal også sjekklister for tidligere prøver legges til blodbanklege.

		Sjekkliste ved ikke negative smittetester, Blodbanken SSA			Side: 3 Av: 4
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-3	Utarbeidet av: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Fagansvarlig: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Godkjent dato: 28.06.2024	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 9.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

Blodgiveren forblir «permanent avregistrert» når to prøvesvar med minst tre måneders mellomrom gir uspesifikk reaksjon i primærttest.		
Sendt brev til giver med informasjon om behov for kontrollprøve, samtale eller annet (hvis aktuelt). Legg inn OBS-tekst og rekvirer aktuell(e) analyse(r) i ProSang knyttet til denne.		
Samtale med blodgiver (hvis aktuelt)		
Skriv ut endelig rapport for «Look-back» og signer. Legg svar fra referanselaboratorier samt endelig Look-backrapport i mappen til blodgiveren. Legg mappen i brevordner på fagbioingeniør blodgivere og tapping sitt kontor merket «Fra BB-lege».		
Tillegg ved påvist aktuell infeksjon Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		
Meldt i sykehusets avvikssystem		
Meldt til MSIS/Folkehelseinstituttet og kommunelegen på eget skjema		
Meldt telefonisk til Direktoratet for medisinske produkter gjennom Hemovigilanssystemet		
Meldt til Hemovigilans (Direktoratet for medisinske produkter), www.melde.no		
Meldt Statens helsetilsyn iht. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, www.melde.no		
Produktorientert look-back avsluttet		
Pasientorientert look-back avsluttet		
Endre avregistrering av giver i G000 til «Avregistrert, kan ikke komme igjen – medisinske årsaker – smittetest».		
Medisinsk oppfølging av blodgiver		
Ansvar: Sertifisert personale som mottar svar på smittetester		
Skann look-backrapport og lagre elektronisk på: O:\Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdeling SSA\A-BLODBANKEN\Octapharma\LookBack eller O:\Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdeling SSA\A-BLODBANKEN\Takeda\Forsendelse av plasma/Look-back smittetest. Gi PDF'en nytt navn tilsvarende word-dokumentet ³ .		
Send mail til Octapharma (LB_form_2_Eng_nor_JUN_2016) og/eller Takeda (Look-back/Donor Exclusion - Takeda, Blodbanken SSA.) Følg samme prosedyre som ved første melding ³ .		
Noter svar fra referanselaboratorier som er registrert i Prosang i P703 av BB-lege i Oversiktsskjema for ikke negative smittetester, Blodbanken SSA. Svar finnes i P711.		
Saken avsluttet. Alle papirer vedr. hendelsen samt denne sjekkliste er arkivert i perm merket «Tester sendt FHI/Ullevål, arkiv...» ⁴ .		


Kryssreferanser

[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL-15](#)

[Sjekkliste ved tilbaketreking av blodprodukter, Blodbankene SSHF](#)

³ Korrespondanse med Takeda og Octapharma skal legges i Public 360, se [Look-back til fraksjoneringspartner, Blodbankene i SSHF.](#)

⁴ Iht. [Look-back til fraksjoneringspartner, Blodbankene i SSHF.](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	Sjekkliste ved ikke negative smittetester, Blodbanken SSA				Side: 4 Av: 4
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-3	Utarbeidet av: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Fagansvarlig: Fagbioingeniør blodgivere og tapping	Godkjent dato: 28.06.2024	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 9.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL.2-6](#)
[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL.2-11](#)
[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL.8-4](#)
[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.2.1-4](#)
[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.2.1-14](#)
[II.MSK.MedMik.2.C.2-1](#)

[Håndtering av ikke-negative smittetester hos blodgivere. Varsle- og melderutiner. Blodbankene SSHF](#)
[Bruk av giverblod til andre formål enn direkte pasientbehandling, Blodbankene i SSHF](#)
[Look-back til fraksjoneringspartner, Blodbankene i SSHF.](#)
[Oversiktsskjema for ikke negative smittetester, Blodbanken SSA](#)
[Look-back/Donor Exclusion - Takeda, Blodbanken SSA](#)
[Instruks for kjøring og utsvaring av blodgiver-undersøkelser på Cobas Pro - Medisinsk mikrobiologi, SSK](#)