

BEHANDLING AV IKKE STERILE IMPLANTATER FØR PAKKING

Side 1 av 1

Dokument ID:
II.SOF.KIF.OP.10.3.1-6Godkjent dato:
18.10.2020Gyldig til:
18.10.2024Revisjon:
5.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Sterilsentralen/Pakking av instrumenter

HENSIKT

Sikre optimal renhetsgrad av implantater.
Sikre at det plukkes rett implantat.
Sikre at implantatene blir rengjort i instrumentvaskemaskin før pakking og autoklivering

ANSVAR

Enhetssykepleier har ansvar for at standard finnes i avd. og at den til enhver tid er oppdatert og overholdt.
Operasjonssykepleier har ansvar.
Sterilsentralansatte har medansvar.

HANDLING

- Koordinerende operasjonssykepleier registrer og noterer implantatforbruket under operasjonen, på instrumentoversikten.
- Steril utøvende operasjonssykepleier har ansvar for å hente nye implantater.
- Instrumentoversikten tas ut av plast/papir posen og tas med inn på pakkerommet for å plukke implantater.
- Implantatene tas med til skyllerom for å fylle på instrumentskrinet.
- Implantatinnpakningene leveres sekretær som bestiller inn nye implantat etter behov.

Kryssreferanser**Eksterne referanser**