

## Hofteprotese Hemi Lubinus SP II Sementert femur

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.or-76

Godkjent dato:

03.10.2024

Gyldig til:

03.10.2027

Revisjon:

3.01

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Ortopedi

Lager 2		
Ant	Beskrivelse	Reol
1	Hoftepakke	Hylle
1	Ortodriver/DeSoutter	1
1	Sagblad S87-100	5
3 - 4	Frakk XXL+XL+L	7
3	Lampeholdere	9
1	Diatermi + forlenger	14
1	Pulsavac + forlenger	15
1	Mepilex border 10x25	18
1	EsySuit Lateral / Mölnlycke	22
1	Raffin strømpe (til EsySuit)	Hylle
<b>NB!</b>	<b>IKKE HEMI SAG</b>	
Alt	Stryker S7	1
Alt	Sagblad S7: 6125-097-090	1
<b>Impl</b>	<b>Midlertidig på lager 8</b>	
	1 tralle hø/ve	
	1 tralle med Vario + Caput	
Lager 7		
7000	Stor ortoped	
7400	Gen tot prot rist ( gjerne nr	
	Optigun og Sement 55/75	Hylle
7435	Lubinus Grunninstrumenter	
Fem	Lubinus Hø 7436 / Ve 7437	
7438	Vario-Head Hemi	
Suturer		
	Novosyn 1	HR48
	Novosyn 2-0	HR48
	Dafilon 2-0 eller Clips	
Mat.r	Spair Hake v/bakre tilgang	St.1

Leiringsbeskrivelse på forberedelserom/sluse
Urinkateter fra avdeling/akutt mottak. Dersom ikke legges det inn av oss etter spinal.
Leiring som til hofteprotese sideleie med gele skrå-Pute under skulder, HipFix støtter (alternativ dobbel cristastøtte og vinklet sidestøtte mot sacrum).
Desinfeksjon og dekking
Klorhexidin 5mg/ml med farge.
Plasser en oransje U-pute under ankel slik at foten henger i luften. Da er den lettere å få tak i med alt-i-et dekket.
Ring ortopedier tidlig, de skal godkjenne leiring og være med i dekkningen.
Vask fra hoftekam hele lateralsiden ned til foten.
3 stk 75x75 rundt hofte, deretter M-laken under fot for å beskytte sterilitet. Opr.spl tar tak i foten og ortopedene styrer alt-i-et dekkningen. XL over stang
Link til Lubinus SP II
<a href="#">6431_SP_II_OP-Impl-Instr_en_2020-03_001_MAR-02619_1-0.pdf (link-ortho.com)</a>
Vario Head har en låsering som holder caput i hemi-protese delen. Vi overlater montering av den til ortopedene.
Minste størrelse Ø:42mm bruker Ø:22mm caput i implantat, men med Ø:28mm plast caput i prøve.
Kan også brukes som total- og revisjonsprotese.

□