

Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK

Side 1 av 3

Dokumentplassering:

II.MSK.Rad SSK.2.7.6-4

Godkjent dato:

21.06.2023

Gyldig til:

21.06.2025

Dato endret:

14.03.2024

Revisjon:

8.02

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til link til UL veiledet scout innleggelse

ENSIKT

Dokumentet opprettes for å få en optimal og enhetlig oppdekking og utførelse av ultralydveiledet nålemerking.

OMFANG


Dokumentet gjelder for radiografer og radiologer på BDS

UFØRELSE

Oppdekking:

- Klorhexidinsprit 5 mg/ml
- Skiftesett
- Merkenål x-krok 9cm
- Papirtape, kompresser og micropore
- Plastfolie til UL proben
- Evt skalpell om nødvendig

- Tusj til merking av huden
- Linjal til måling av merketråden



Ved bedøvelse: Bedøvelse med minispik, 10ml opptrekkssprøyte og grå kanyle.

Gjennomføring:

- Finn frem aktuell pasient på modaliteten, kontroller navn, fødsels- og personnummer.
- Finn frem alt av utstyr til nålemerkingen og dekk opp på duken til skiftesettet, vent med utstyr til bedøvelse og skalpell til radiolog sier om dette er nødvendig.
- Tupfere påføres rikelig med klorhexidinsprit.
- Radiolog informere pasienten om hva som skal skje. Det skal settes inn en merketråd som skal hjelpe kirurgen med å finne frem til lesjonen som skal fjernes. Når merketråden er satt på plass ved hjelp av UL tas det kontrollbilder på mammografiapparatet. Dette for å kontrollere at tråden ligger riktig.

DokumentID:D26307

Utarbeidet av:
Randi Marie DyrkolbotnFagansvarlig:
Helene Sandvik SolliGodkjent av:
Heidi KollstadVerifisert av:
□

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  SØRLANDET SYKEHUS | | Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK | | | Side: 2 Av: 3 |
| Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.7.6-4 | Utarbeidet av: Randi Marie Dyrkolbotn | Fagansvarlig: Helene Sandvik Solli | Godkjent dato: 21.06.2023 | Godkjent av: Heidi Kollstad | Revisjon: 8.02 |

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd

- Etter at nålen er plassert, måler radiologen lengden av tråden utenfor brystet.
- Pasienten legges flatt og med armen på aktuell side i 90 grader før radiolog setter kryss over spissen på merketråden.
- Mammografibilder for kontroll tas i front og sideplan.
- Pakk tråden inn i kompresser. Fest med papirtape eller micropore.



Rull sammen merketråden og dekk til med kompresser som festes med papirtape eller micropore.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.Rad SSK.2.7.5-2](#)
[II.MSK.Rad SSK.2.7.6-3](#)
[II.MSK.Rad SSK.2.7.7-5](#)

[Stereotaktisk nålemerking GE Pristina Serena- BDS Radiologisk avdeling SSK](#)
[Ultralydveiledet innleggelse av Scout- BDS Radiologisk avdeling SSK](#)
[Hengeprotokoll Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK](#)

Eksterne referanser:

Dokumentplassering:
II.MSK.Rad SSK.2.7.6-4Utarbeidet av:
Randi Marie DyrkolbotnFagansvarlig:
Helene Sandvik SolliGodkjent
dato:
21.06.2023Godkjent av:
Heidi KollstadRevisjon:
8.02

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd