

Transport av biologisk materiale med rørpost, Medbio SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.MBio.6.4.8-10

Godkjent dato:

12.04.2024

Gyldig til:

12.04.2026

Dato endret:

12.04.2024

Revisjon:

8.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Pasient og brukere/Pre- og postanalytisk enhet/Prøveforsendelse
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Rørpost ved MedBio, Blodbank, Kvinneklinikk, Akuttmottak, SFK, Avd. for Patologi og poliklinikken 1.etg.
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring

HENSIKT

Prosedyren skal sikre forskriftsmessig sending av prøvemateriale med rørpost til laboratoriet.

OMFANG



Prosedyren gjelder for alle som sender prøver med rørpost.

UTFØRELSE**Prøvemateriale**

Før levering/sending skal prøvens utside alltid desinfiseres dersom pasienten er smitteisolert eller ved synlig forurensing. Vær nøye med å merke prøven med fullt navn og 11-sifret personnummer. Umerkede prøver vil ikke bli undersøkt/analysert.

Rørpost

Prøvemateriale som sendes i rørpost, skal oppbevares i hylser under forsendelse. Beskytt hylsen med kluter på begge sider. Dette for å bevare best mulig kvalitet på prøven. Ring 3444 ved straksprøver eller ved forsendelse utenom ordinær arbeidstid. Hylser kan bestilles fra Sentrallageret eller fås ved Medisinsk biokjemi.

RIKTIG:**FEIL:**

DokumentID:D26998

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Siri Sandvik	Fagansvarlig: Enhetsleder Nils Tryland	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Verifisert av: 09.04.2024 - Nils Arne Tryland, 11.04.2024 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær
--	--	--	--