

		Somatikk Flekkefjord		Generelt dokument	
OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT - ELEKTRONISK - Opr.avd. SSF				Side 1 av 5	
Dokument ID: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-32		Godkjent dato: 12.01.2020	Gyldig til: 12.01.2024	Revisjon: 3.00	

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

HENSIKT

Sikre nøyaktig dokumentasjon av den operasjonssykepleie som er utført.

OMFANG

Operasjonssykepleiere i operasjonsavdelingen.

ANSVAR

Operasjonssykepleierne som er til stede på operasjonen

TILTAK

Pasientopplysninger

Pasientens navn og fødselsnummer hentes fra Dips.

Diagnose og opplysninger om operasjonen

Før inn diagnose og operasjonsstue. Kryss av for øyeblikkelig hjelp eller elektiv operasjon. Kryss av for innhentet pasientdata.

Sjekkliste ok : "Safe surgery" – skal krysses av for når prosedyren er utført.

Før inn utført operasjon.

Før inn hovedoperatør, operatør 2 og evt. operatør 3. Før inn steril utøvende operasjonssykepleier, koordinerende 1 og koordinerende 2. Ved vaktskifte før inn klokkeslett og hvem som overtar, gjelder både for steril utøvende og koordinerende sykepleier.

Forberedelse av pasient

Operasjonsleie

Kryss av for leie som anvendes. Følg standard:

[Leiring av pasient på operasjonsbord-SSF](#)

Hvert leie har sin egen standard. –se kryssreferanse el. EKweb.

Annet: Skriv her hvis annet operasjonsleie eller ekstra utstyr benyttes.

Forebygging av nerve/trykkskade:

Kryss av dersom gelepute eller ekstra tempurmadrass er brukt. Ellers er standard:

[Leiring av pasient på operasjonsbordet-SSF](#)

[Utsatte trykksteder ved leiring-SSF](#) fulgt.

Forbygging av varmetap:

Kryss av for anvendt utstyr. Ellers skal [Forebygging av hypotermi – Operavd. SSF](#) være fulgt.

Annet: Fylles ut når ekstra utstyr benyttes.

Pasientens hud:

Kryss av for om hårfjerning er utført på operasjonsstua eller på forhånd.

Bemerk i rubrikken preoperativ hudstatus dersom operasjonsfeltet/pasientens hud har sår, eksem, kviser e.l.

-informer operatør.

Utarbeidet av: Gerd Aasen / Inger L. D.Log	Fagansvarlig: Inger Lovise D.Log	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	
--	--	--	--

		OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT - ELEKTRONISK - Opr.avd. SSF			Side: 2 Av: 5
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-32	Utarbeidet av: Gerd Aasen / Inger L. D.Log	Fagansvarlig: Inger Lovise D.Log	Godkjent dato: 12.01.2020	Godkjent av: Christine J.M. Gurgun	Revisjon: 3.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

Desinfeksjon av operasjonsfelt:

Kryss av for den eller de desinfeksjonsmidler som er brukt. Annet: skriv her hvis annet er benyttet. Ellers skal standard for desinfeksjon av operasjonsfelt være fulgt.

[Desinfeksjon av operasjonsfeltet-SSF](#)

Urinveiskateter:

Klikk i rubrikk for katetertype. Skroll ned til aktuelt kateter som er valgt. Klikk i egen rubrikk for 3-veiskateter. Størrelse: Skroll i feltet. Før inn klokkeslett for innleggelse av kateter. Klikk for urinpose eller timediuress. Klikk for evt. gjennomskyll og klokkeslett påbegynt.

Kryss dersom pasienten har innlagt kateter fra avdeling. Kryss dersom pasienten er kateterisert på opr.stue og angi klokkeslettet og at standard for blærekateterisering er fulgt.

Urinmengde (antall ml.) skrives under annet.

Annet: Her kan evt. merknader/beskjeder føres.

Medisinsk teknisk utstyr

Diatermi

Kryss av for monopolar eller bipolar diatermi og før inn stue nr. (utstyr er roms bundet).

Plassering av returplate: ”skroll” og finn rette plassering eller skriv i feltet.

Hårfjerning: kryss av hvis hårfjerning er utført. [Preoperativ hårfjerning-SSF](#)

Hudreaksjon: kryss av i feltet for hudreaksjon. Dersom hudreaksjon beskrives dette under postoperative beskjeder.

Uønskede hendelser skal meldes. Gå inn på Intranett og velg Kvalitetsportalen. Velg om hendelsen gjelder pasient, ansatt, HMS eller andre hendelser.

Blodtomhet

Kryss av for mansjettens plassering og angi side. Annet: Før evt. merknader. Før på styrke (mm/Hg), klokkeslett for start, antall minutter og evt. pause.

[Tourniquet \(Blodtomhet\) i opr.avd. SSF](#)

Røntgen gjennomlysning

Kryss dersom gjennomlysning brukes, noter antall minutter og sekunder samt stråledose. Kryss for evt. postoperativ røntgen kontroll.

Annen medisinsk utstyr

Kryss for hva som er brukt av medisinsk teknisk utstyr eller noter under annet. Noter opp MTU nummeret på det anvendte utstyret.

Medikamenter i operasjonsfeltet

Klikk i feltet og skroll til aktuell medikament/blanding eller skriv i feltet. Før på angitt mengde. Medikamenter som ikke ligger i skrolletekst kan også føres under annet.

Dobbelt kontroll før iverksetting.

Gyn. Blanding SSF: [Gyn – blanding](#)

Lia prosedyre. Vi har en for ortopeder fra SUS, og en for ortopeder fra SSK.

Avslutning

Skyllvæske 1/Skyllvæske 2

Klikk i feltet og skroll under navn til aktuell væske. Før på mengde og kryss av dersom væsken er temperert.

Dobbelt kontroll før iverksetting.

 SØRLANDET SYKEHUS		OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT - ELEKTRONISK - Opr.avd. SSF			Side: 3 Av: 5
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-32	Utarbeidet av: Gerd Aasen / Inger L. D.Log	Fagansvarlig: Inger Lovise D.Log	Godkjent dato: 12.01.2020	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 3.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

Dren

Kryss i feltet for dren. Påfør type og størrelse ved å skrolle i feltet ”type”. Skal drenet være passivt krysses det av for det. Skal drenet være aktivt, skrives klokkeslett for når det skal aktiveres. Kryss av dersom dren er suturert eller klipset fast. Noter antall cm dersom drenet er klippet. Dersom drenet skal gå fra aktivt til passivt, kryss i ruten for passivt og noter under postoperative beskjeder at drenet har vært aktivt. Hvis flere enn 2 dren, før dette under postoperative beskjeder.

Thoraxdren

Kryss i feltet for thoraxdren. Påfør størrelse og sugestyrke. Kryss for vannlås hvis aktuelt. Under annet kan evt. postoperative beskjeder angående skyllevæsker, dren eller thoraxdren gis. [Thoraxdren](#)

Lukking av hud

Kryss for valgt type suturer, og skriv under annet dersom andre materialer er brukt.

Bandasje

Kryss for valgte typer. Ved bruk av VAC-bandasje med sug føres evt. styrke på sug. Eller skriv under annet.

Hudreaksjon etter limkanter

Kryss av ja eller nei. Hvis ja, beskriv hudreaksjonen.

Tamponger

Kryss av dersom tamponger er lagt inn. Antall. Annet: Evt. kommentarer som når den skal fjernes osv.

Gips

Kryss av for det som er brukt.

Preparat

Kryss av type preparat evt. fiksering og antall preparater. Under annet noteres f.eks. muskelbiopsier for spesialundersøkelser, urinprøver o.l.

Postoperative beskjeder

Opplysninger/beskjeder som får konsekvenser får den videre behandling og sykepleie. Tilbakemeldinger til sengeavdelingen og akuttmottak dersom prosedyrene ikke er fulgt:

Kir.avd. sengepost: Preoperativ kontrollskjema.

Dagkirurgi: Forløp for dagpasienter.

Smitteregime

Skriv dersom det er smitte og regime må følges.

Latexallergi

Sjekk journal ang. latexallergi. OBS barn! [Prosedyre for pasienter med latexallergi](#)

TQM

Dersom det må avvikes fra retningslinjer og standarder som gjelder i avdelingen, kryss av i rubrikk TQM.

Under årsak, beskriv kort hendelsen og fyll ut eksternt skjema.

Ved stikkskader på ansatt, følg prosedyre: [Forholdsregler ved kontakt med blod](#)

Bemerk dette på operasjons sykepleierappen.

Kontroll av instrumenter, kompresser og annet utstyr

Sykepleier i steril funksjon, samme med koordinerende operasjonssykepleier, teller og sjekker at instrumentene stemmer i henhold til ristliste før og etter operasjon.

Kryss av operasjon etterpå når alt stemmer og standard for kontrolltelling er fulgt.

 SØRLANDET SYKEHUS		OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT - ELEKTRONISK - Opr.avd. SSF			Side: 4 Av: 5
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-32	Utarbeidet av: Gerd Aasen / Inger L. D.Log	Fagansvarlig: Inger Lovise D.Log	Godkjent dato: 12.01.2020	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 3.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

[Kontrolltelling av kompresser, tupfere, instrumenter og nåler.](#)

Videre kontrolleres og telles alt utstyr av begge sykepleierne:

Store og små kompresser:

Telles ved åpning.

Begge sykepleiere oppbevarer sin kontrollapp.

Løpende teller begge sykepleiere 5 små/1 stor kompress 2 ganger før koordinerende sykepleier legger disse i plastpose som lukkes.

NB! Kontrollappene med likt nummer limes utenpå plastposen som oppbevares til etter avsluttet operasjon.

Før vurdering av peroperativ blødningsmengde er det viktig at plastposene, med brukte kompresser, oppbevares lett synlig for anestesisykepleiere og leger.

Kompress-posene telles igjen av sykepleier i steril funksjon før pasienten kjøres ut.

Resterende åpnete kompresser telles sammen av begge operasjonssykepleiere:

1. gang – v/åpning.
2. gang – før 1.lag lukkes.
3. gang – før lukking av hud.

Tupfere – Vesselloops - Fogarty puter – foring til tarmtenger og evt. annet utstyr.

Telles ved åpning og etter operasjonen slik:

1. gang - v/åpning.
2. gang - telles før 1.lag lukkes.
3. gang - telles før lukking av hud.

Nåler, knivblad, kanyler, diatermispiss, sandpapir og evt. annet utstyr:

Kontrolleres ved åpning og ved operasjons slutt.

Dersom kompresser eller annet utstyr mangler, skal ikke pasienten forlate operasjonsstuen før dette er kommet til rette. Bruk røntgen gjennomlysning C-bue evt. tilkall personale fra røntgen avd. med transportabelt røntgen apparat.

Ved avløsning/skifte av sykepleier i steril assistanse, skal kompresser og tupfere telles.

Ved operasjonens slutt skal steril utøvende og koordinerende operasjonssykepleiers fulle navn føres i den elektroniske operasjonssykepleierrapporten etter at alt er kontrollert og funnet i orden.

Dette er en elektronisk signering av dokumentet. Den som er logget inn i DIPS blir stående som godkjenner, og den som er satt som forfatter blir markert som det og godkjenner på vegne av begge.

Identifikasjon for instrumentbrikker og implantater:

Lapper limes på: [Batch- og implantatskjema, opr.avd SSF](#)

Dette følger med pasientens oppholdsmappe. (Blir scannet)

 SØRLANDET SYKEHUS	OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT - ELEKTRONISK -				Side: 5
	Opr.avd. SSF				Av: 5
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-32	Utarbeidet av: Gerd Aasen / Inger L. D.Log	Fagansvarlig: Inger Lovise D.Log	Godkjent dato: 12.01.2020	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 3.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

GJELDENDE RETNINGSLINJER /EK – PROSEDYRER FOR OPERASJONSSYKEPLEIERENS ARBEID VED OPERASJONSAVDELINGEN SSF:

Kryssreferanser:

I.3.13-34	Trygg kirurgi - brukermanual - SSHF
I.6.2.6.2.1.9-1	Stikkskade og blodsøl
II.SOF.MEF.SSF.5-3	Stikkskade og blodsmitte - Akuttmottak SSF
II.SOF.KIF.OP.1.1.2-16	THORAXDREN
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-1	ARTHROSCOPI - LEIRING SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-2	GYN LEIE SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-3	LAPAROSCOPISK CHOLECYSTECTOMI - LEIE SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-4	MAGELEIE - LEIRING SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-5	RYGGLEIE STANDARD SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-7	UTSATTE NERVER - SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-8	LEIRING AV PASIENT PÅ OPERASJONSBORD - SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-9	FOREBYGGING AV HYPOTERMI - OPR. AVD. SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-10	SIDELEIE VED PROTESEKIRURGI I HOFTERREGIONEN SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-11	BEACH - CHAIR SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-12	LEIE SPERRENAGLE T2 - TIBIA SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-13	KNE - ALBUE LEIE / ISCHIAS SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-14	UTSATTE TRYKKSTEDER VED LEIRING - SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-15	SIDELEIE VED SKULDERARTHROSCOPI
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-1	KONTROLLTELLING AV KOMPRESSER, TUPFERE, INSTRUMENTER OG NÅLER SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-2	DESINFEKSJON AV OPERASJONSFELT SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-6	PROSEDYRE FOR PASIENTER MED LATEX-ALLERGI SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-7	BATCH-OG IMPLANTATSKJEMA, OPR.AVD SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-12	Tourniquet (Blodtomhet) i opr.avd. SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-13	GYN - BLANDING SSF

Eksterne referanser