

		INTENSIV		Retningslinje
CRRT- KONTINUERLIG NYREERSTATNINGSTERAPI - KRAV TIL BRUKERE AV MASKINEN				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOA.AIO.SSA.7-11	Gruppe: □	Godkjent dato: 14.11.2022	Gyldig til: 14.11.2024	Revisjon: 0.04

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Administrative rutiner

HENSIKT

Retningslinje som skal beskrive brukerkrav for opplæring i kontinuerlig nyreerstatningsterapi
Beskrive forventet kunnskap hos bruker av Prisma dialysemaskiner.

ANSVAR

Avdelingsleder har et overordnet ansvar for gjennomføring av brukeropplæring av medisinsk teknisk utstyr (MTU).
Ansatte som benytter MTU har et eget ansvar for å kjenne til hvordan utstyret skal benyttes.
Anestesilege har det overordnede ansvar for behandlingen.

FREM GANGSMÅTE

Retningslinjen benyttes ved brukeropplæring og kompetansesikring.
Mestringsgrad dokumenteres, etter gjennomgått E-læringskurs og praktisk sertifisering, kompetanseportalen.

Å beherske bruk av intensivenhetens dialysemaskiner innebærer:

At bruker kjenner til:

- Brukermanual og prosedyrer
- Hvor apparat, prisma tralle og forbruksmateriell oppbevares
- Rutiner for påfyll og beregning av forbruksmateriell
- Perm for registrering av pasientbehandling


At bruker kan og mestrer:

- Klargjøre maskinen og prime Oxirissettet
- Starte og avslutte behandlingen
- Behandle dialysekateteret
- Fylle og bytte Kalsiumsprøyte og slange
- Justere antikoagulasjon etter blodprøver
- Bytte poser
- Legemiddelhåndtering og dobbelkontroll
- Endre flowhastigheter
- Endre væsknivå i avluftningskammeret
- Koble til blodvarmer
- Finne historikk på display
- Dokumentere behandling
 - Verdier fra Prisma høstes inn i Metavision
- Alarmhåndtering og problemløsning
- Behandle brukt filter på forsvarlig måte
- Rengjøre utstyr

At bruker kan forklare:

- Diffusjon
- Konveksjon
- Adsorpsjon
- Bakgrunn for bruk av de ulike væskene i behandlingen
- Kjennskap til behandlingsmodus

Utarbeidet av: Grete Jensen, Camilla Bakke Larsen	Først utgitt: □	Fagansvarlig: Hilde Hembre	Godkjent av: Ikke styrt	□
---	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

 SØRLANDET SYKEHU	CRRT- kontinuerlig nyreerstatningsterapi - Krav til brukere av maskinen				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.AIO.SSA.7-11	Utarbeidet av: Grete Jensen, Camilla Bakke Larsen	Fagansvarlig: Hilde Hembre	Godkjent dato: 14.11.2022	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.04

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Administrative rutiner

GENERELT

**KOMPETANSESIKRINGEN GJENNOMFØRES HVERT 2.ÅR, TEORETISK OG PRAKTISK.
RESSURSGRUPPEN DELTAR I OPPLÆRING OG KOMPETANSESIKRING**

Kryssreferanser

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-1](#)

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-2](#)

[Kontinuerlig nyreerstatningsterapi - CRRT - SSA](#)

[Prismaflex-behandling - Pasientskjema](#)

Eksterne referanser