

**Veiledning til blanding av Penicillin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe**

Side 1 av 1

Dokument ID:

I.3.12-5

Godkjent dato:

02.10.2024

Gyldig til:

02.10.2026

Revisjon:

3.06

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

**Intermitterende infusjon****Materialet du skal bruke:**

- 250 ml 0,9 % NaCl infusjonspose, 2 stk. **KALDE.**
- Penicillin, antall hetteglass svarende til ordinert dose pr døgn **fordelt i to poser.**
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen og 1 tilsetningslapp

**Blanding og tilkobling:**

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetestempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (Trek ca. 16 ml av 250 ml NaCl infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta flere minutter. La hetteglassene ligge til alt er oppløst (blank løsning). Det kan ta inntil 15-20 minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører penicillin-oppløsningen i posene-  
sakte tempo.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposene. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. **Posene blandes fortrinnsvis så tett inntil posebyttet som mulig, tidligst 1 time før. Den andre legges i kjøleskap/kjølebag frem til den skal tilkobles pumpe. Hos inneliggende pasienter skal en tilberede en pose av gangen.**
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 270 ml