

		Generelle fagprosedyrer		Kliniske fagprosedyrer	
Veiledning til blanding av Ampicillin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.				Side 1 av 1	
Dokument ID: 1.3.12-7		Godkjent dato: 02.10.2024	Gyldig til: 02.10.2026	Revisjon: 3.04	

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Intermitterende infusjon

Materialet du skal bruke:

- 250 ml 0,9 % NaCl infusjonspose, 2 stk. **KALDE.**
- Ampicillin, antall hetteglass svarende til ordinert dose pr døgn **fordelt i to poser.**
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen og 1 tilsetningslapp

Blanding og tilkobling

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempellet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruke steril hanske ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (Trek ut ca 16 ml av 250 ml NaCl infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta flere minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører ampicillin-oppløsningen i posene.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposene. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose
7. **Posene blandes fortrinnsvis så tett inntil posebyttet som mulig, tidligst 1 time før. Den andre legges i kjøleskap/kjølebag frem til den skal tilkobles pumpe**
8. **Den andre legges i kjøleskap/kjølebag frem til den skal tilkobles pumpe.**
9. **Hos inneliggende pasienter blandes en pose av gangen.**
10. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum 270 ml

Kryssreferanser

[1.3.12-10](#)

[Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Marianne Jacobsen	Godkjent av: Per Engstrand	
--------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	--