

## Stell av PD-kateter i bruk - SSHF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

I.4.4.2-7

Godkjent dato:

19.10.2023

Revideres innen:

19.10.2025

Sist endret:

19.10.2023

Revisjon:

1.11

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 19.10.2025 uten endringer i dokumentet.

**HENSIKT**

Sikre at PD-kateteret stelles iht. prosedyre.

**OMFANG**

Prosedyren følges ved stell av PD-kateter som er tatt i bruk.

Utføres av sykepleier.

**Utstyr**

Sterile kompresser 1 pk 10 x 10 cm

Klorhexidin 5 mg/ml

Mepore 6 x 7 cm eller tilsvarende

Silke- eller papirtape

**HANDLING**

- Vask hendene
- Fukt de sterile kompressene med Klorhexidin 5 mg/ml
- Gammel bandasje fjernes forsiktig, obs ikke trekke i kateter
- Inspiser huden rundt innstikkstedet (rødme, hevelse, væske)
- Vask rundt innstikkstedet, innenfra og utover
- Vask selve kateteret, innenfra og utover
- Legg kateteret i en naturlig bue, slik at man unngår irritasjon ved innstikkstedet
- Legg Mepore over innstikkstedet og kateterslange, obs at denne ligger stødig, men ikke stramt
- Fikser godt med silke- eller papirtape i overgangen ved kateter/bandasje
- Kateter festes med silke-/papirtape eller belte

Utføres x 2 -3 per uke, eller oftere hvis bandasjen blir fuktig.

Ved eventuell infeksjon skiftes bandasjen x 2 daglig.

**Dusj**

Stell alltid PD-kateteret etter dusj.

Når kateterutgangen er helt grodd, (tidligst etter 8 uker) kan man dusje uten bandasje.

**Bading**

Ikke aktuelt før tidligst etter 8 uker. Avtal med PD-sykepleier.

Ved mistanke om infeksjon (rødme, hevelse, sekresjon) skal pasienten ta kontakt med avdelingen.

Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Anne Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Verifisert av: □	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D44988
---	---	---------------------	-------------------------------	-------------------

Dokument-id: I.4.4.2-7	Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Anne Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Godkjent dato: 19.10.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.11
---------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser