

Justering av utlevert høreapparat. Hørselsentralen SSHF

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOK.ØNH.FEL.2.c.2-2

Godkjent dato:

21.10.2022

Revideres innen:

21.10.2023

Sist endret:

21.10.2022

Revisjon:

2.01

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals fellesdokumenter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 21.10.2023 uten endringer i dokumentet.

Beskrivelse

Timen kan være bestilt av pasienten selv, audiograf via service/telefonkontakt, hørselskontakt eller pårørende, for å optimalisere hørselsfunksjonen hos bruker.

Pasient har beholdt høreapparatet for under et år siden eller har vært til en kontroll av hørsel og høreapparat for under et år siden.

Det er beregnet 45 minutter på disse konsultasjonene.

Det er et mål at pasienten skal tilbake til den audiografen som tilpasset høreapparatene, med mindre pasient/kliniker har ytret ønske om endring.

Audiologisk måling

REM

Handling

- Kartlegge pasientens utfordringer samt begrensinger.
- Otoskopi
- Måle forsterkning ved IG-måling
- Ved indikasjon på feil: Sendes rep.
- Evt. endre akustiske forhold og optimalisere høreapparatene
- Hvis det underveis mistenkes endring i hørsel, settes pasient opp til ny time med hørselstest.

Journalføring

Frase *hjust+ F8*

Videre oppfølging

Videre oppfølging gjøres i samråd med pasient.

Kryssreferanser

[II.SOK.ØNH.FEL.2.c.4.3- Frase- og mal-oversikt. Hørselsentralen. SSHF](#)

[1](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av:
Christine Lindeberg og Ingrid Nordal Kristoffersen

Fagansvarlig:
Georg Magne Træland

Verifisert av:
□

Godkjent av:
Jorunn Sandvik

Dok.nr:
D46063