

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | | Klinikknivå | | | Generelt dokument |
| Ktr hørsel/HA. Hørselsentralen SSHF | | | | | Side 1 av 2 |
| Dokumentplassering: II.SOK.ØNH.FEL.2.c.2-1 | Godkjent dato: 08.10.2022 | Revideres innen: 08.10.2023 | Sist endret: 08.10.2022 | Revisjon: 2.01 | |

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals fellesdokumenter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 08.10.2023 uten endringer i dokumentet.

Beskrivelse

Denne konsultasjonen er for pasienter som har høreapparater som ikke fungerer optimalt og de har behov for en ny utredning av hørsel og justering på høreapparatene.

De har i utgangspunktet ikke krav på å få dekket utgifter til nye høreapparater.

Pasientene kan være henvist fra fastlege, hørselskontakt eller internhenvist hos oss fra telefonisk henvendelse eller via oppmøte i ekspedisjon eller service.

Audiologiske tester

- Rentoneaudiometri med luftledning for frekvenser fra 125 – 8000 Hz. Maskering iht. metode.
- Benleder for 250 – 4000 Hz og maskering iht. metode.
Hvis ny rentoneterskel kun avviker 5 dB forrige audiometri med benledningsterskel, kan ny benleder utelates.
- Taleaudiometri: Enstavellesord. Treordsytringer eller 3- talls test ved indikasjon.

Handling

- Kartlegge pasientens behov, ønsker, vanskeligheter
- Utføre hørselsmålingene. Vurdere opp i mot tidligere resultat.
- Høreapparater
 - o Overhaling av propper og høreapparat
 - o Lydsjekk
 - o Sender utstyr til reparasjon ved behov
 - o Måle forsterkning med IG- måling. Forsterkning må vurderes opp i mot behov
 - o Gjøre nødvendige akustiske endringer og/eller justere forsterkningen
- Hvis det er mest hensiktsmessig å søke om nye høreapparater, må søknad begrunnes ut i fra funn, signeres av pasient og sendes inn i henhold til rutiner.
Videre tiltak settes ikke i gang før vedtak fra NAV Forvaltning foreligger.
- Vurdere behov for andre hørselstekniske hjelpemidler. Søke eller henvise til hørselskontakt.
- Kopi av audiogram legges til skanning
- Registrere diagnose, prosedyrekode, takst, kommentar om oppfølging i «kontaktårsak» i Dips

Journalføring

Frase *hktrhør + F8* (EDI fastlege/hørselskontakt i kommunen)

Videre oppfølging

Videre oppfølging avgjøres i samråd med pasient og opp mot hva som er nødvendig for å sikre godt utbytte av hjelpemiddelet.

Kryssreferanser

[II.SOK.ØNH.FEL.2.c.4.3- Frase- og mal-oversikt. Hørselsentralen. SSHF](#)
[1](#)

Eksterne referanser

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Utarbeidet av: Christine Lindeberg og Ingrid Nordal Kristoffersen | Fagansvarlig: Georg Magne Træland | Verifisert av: □ | Godkjent av: Jorunn Sandvik | Dok.nr: D46064 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Dokument-id: II.SOK.ØNH.FEL.2.c.2-1 | Utarbeidet av: Christine Lindeberg og Ingrid Nordal Kristoffersen | Fagansvarlig: Georg Magne Træland | Godkjent dato: 08.10.2022 | Godkjent av: Jorunn Sandvik | Revisjon: 2.01 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals fellesdokumenter/Pasienter og brukere