

		Foretaksnivå			Generelt dokument
Hørselscreening av nyfødte på nyfødtintensiv. BUA, Nyfødtintensiv					Side 1 av 3
Dokumentplassering: I.4.3.22.1-7	Godkjent dato: 21.11.2024	Revideres innen: 21.11.2026	Sist endret: 21.11.2024	Revisjon: 1.19	

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Undersøkelser og prøvetakning/Undersøkelser

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Screene hørselen til alle nyfødte for å fange opp barn med nedsatt hørsel, og komme tidsnok inn med hjelpemiddel slik at barna får en tilnærmet normal språkutvikling.

MÅLGRUPPE

Nyfødte og premature barn over 34 ukers gestasjonsalder som er innlagt Nyfødtintensiv.

ANSVAR

Alle sykepleiere:

- Informere foreldre om hørseltesting
- Fyller ut skjemaet «Risikoskjema» i DIPS ARENA.
 - Velg et annet spl notat (dokumenttype) og endre «dokumentbetegnelse». Bruk dokumenttype «SPL Tilsynsnotat SO». Rediger dokumentbetegnelsen til «Risikoskjema: Hørsel» Trykk «Opprett dokument» og sett inn frasen j_hørscreenisiko Fyll inn og godkjenn.
- Fyller foreløpig ut skjemaet «Hørselscreening» i DIPS CLASSIC etter gjennomført hørseltesting, AABR. Man finner DIPS CLASSIC fanen under Startmeny i DIPS ARENA. For å få frem ikoner i Classic, velg «Vis knapperad» under «Bruker». Da skal man kunne opprette Hørselscreening slik som vi er vant til. Godkjenn dokumentet i DIPS CLASSIC.
- Henvise barn som ikke passerer hørsel screening eller har risikofaktor, til hørselssentralen SSK, evt SSA.

HUSK CMV SCREENING

- Via hurtignavigatoren «Henvising»
 - Ny og trykk «Registrerer ny primærhenvising»
 - Henvist av: Henriette Astrup
 - Henvisningsårsak: beskriv problemstilling
Vurderende instans:
 - Avdeling: ØNH
 - Seksjon: hørselssentral
 - Lokalisering: SSK, SSA
 - Trykk «Send til vurdering»

Utstyr:

- [AABR – apparat](#)
- Nuprep GEL/3M red dot pusse papir
- Prober

Informasjon fra AABR, **både** positivt og negativt test, overføres til utvalgte datamaskiner med aktuell programvare umiddelbart etter utført test.

PC plass i midten på sykepleierkontor

PC plass til venstre i korridor

PC sekretærplass

FREMGANGSMÅTE

Utarbeidet av: Randi Synnøve Dahl, Jorunn Lervik Haugsdal, Hørselssentralen, Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator	Fagansvarlig: Georg Træland	Verifisert av:	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D46996
---	---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------------

		Hørselsscreening av nyfødte på nyfødtintensiv. BUA, Nyfødtintensiv			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: I.4.3.22.1-7	Utarbeidet av: Randi Synnøve Dahl, Jorunn Lervik Haugsdal, Hørselsentralen, Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator	Fagansvarlig: Georg Træland	Godkjent dato: 21.11.2024	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.19

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Undersøkelser og prøvetakning/Undersøkelser

- Testen tas i et relativt stille rom.
- Sjekk ytre øregang og prober for ørevoks, evt skift probene
- Barnet må sove når testen tas.
- Velg probe tilpasset barnet og plasser de godt i øret
- Huden hvor elektroder plasseres, panne, kinn og nakke/skulder, rengjøres med kontakt GEL, evt «pusses» lett med 3Mred dot.
- Ved manglende respons, fest elektroden på nytt, sjekk probene for voks, gjør et nytt forsøk.
- Barnet må/bør være over 60 timer gammelt før testen tas.
- Må være over 34 ukers ga.
- Gjøres så nærme utskrivelse som mulig.
- Nyfødte som overflyttes barsel før 60 timer, tas på barsel.
- Ved overflytting til annet sykehus, informeres det skriftlig om status vedrørende hørsel screening.

DOKUMENTASJON

«Hørsel screening», etter AABR test.

- Velg: «Nytt dokument» i menylinjen i DIPS CLASSIC
- Velg: «Hørsel screening».
- Fyll ut dato og hvem som har undersøkt barnet.

- Godkjent test i begge ører, kryss av i skjema «Hørsel screening»:
 - «utført hørsel screening»
 - «Tilfredsstill screening proto».
 - «Kryss av for lik risiko».

Lagre
Godkjenn

- Godkjent test i begge ører **men** risikofaktor, kryss av i skjema «Hørsel screening»:
 - «Utført hørsel screening»,
 - «Tilfredsstill screening proto»
 - «Barnet skal til oppfølging rundt 1 års alder».
 - «Kryss av for risiko».
 - «Beskriv risikofaktor i første merknadsfelt.

Lagre
Godkjenn
Henvis barnet til hørsel sentral.

- Ikke godkjent test (ett eller begge ører), **HUSK CMV screening** (se pkt under), kryss av i skjema «Hørsel screening»:
 - «Utført hørsel screening».
 - «Barnet skal til oppfølging rundt 1 års alder».
 - «Beskriv hvilke(t) øre som ikke gikk gjennom testen i første merknadsfelt.

Lagre
Godkjenn
Henvis barnet til hørsel sentral.

Barn som ikke passerer hørselsscreening:

 SØRLANDET SYKEHU	Hørselsscreening av nyfødte på nyfødtintensiv. BUA, Nyfødtintensiv				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: I.4.3.22.1-7	Utarbeidet av: Randi Synnøve Dahl, Jorunn Lervik Haugsdal, Hørselsentralen, Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator	Fagansvarlig: Georg Træland	Godkjent dato: 21.11.2024	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.19

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Undersøkelser og prøvetakning/Undersøkelser

- Skal ta prøver for CMV. Se [prosedyren](#)

Kryssreferanser

[I.4.3.22.1-2](#)

[I.4.8.3-9](#)

[II.SOK.KKK.FBK.8.3-3](#)

[CMV- utredning og oppfølging av nyfødte, BUA, Nyfødtintensiv](#)

[Hørselsscreening nyfødte. Informasjon til foreldre. SSHF](#)

[AABR Bruksanvisning kortversjon](#)

Eksterne referanser