

Spot - markering

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-61

Godkjent dato:

25.10.2023

Revideres innen:

25.10.2025

Sist endret:

25.10.2023

Revisjon:

3.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

SPOT-MARKERING

Indikasjon/formål

- Gjenfinne polypper, polypptomt eller annen patologi ved re-skopi eller kirurgi.

Utstyr:

- 1 sprøyte ferdig fylt SPOT-endoskopisk marker. (Skap på rom 4)
- 20 ml saltvann
- Injeksjons nål
- 2 stk 2,5 ml sprøyter

Fremgangsmåte

- Fyll injeksjonsnålen med saltvann (2,3 ml)
- Sett saltvann inn i submukosalplanet slik at det kommer en liten blemme. Injeksjonsnålen blir stående i blemmen.
- Bytt til sprøyta med SPOT og sett 0,5 ml
- Bytt tilbake til sprøyte med saltvann, og sett 2,3 ml. Etter dette trekkes injeksjonsnålen tilbake.
- Injeksjonsnålen er nå klar til neste «pute» som skal lages.
- Det settes minst 3 «puter»

Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-61	Utarbeidet av: Janicke Lindebø Aamot	Fagansvarlig: Katrine Vårlid Foss	Godkjent dato: 25.10.2023	Godkjent av: Audun Hasund	Revisjon: 3.00
--	---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere