

		<b>Klinikknivå</b>			<b>Retningslinje</b>
<b>Sedaconda ACD - utstyrsliste</b>					Side 1 av 1
Dokumentplassering: <b>II.SOA.AIO.SSA.2.c-37</b>		Godkjent dato: <b>26.01.2023</b>	Revideres innen: <b>26.01.2025</b>	Sist endret: <b>13.06.2024</b>	Revisjon: <b>2.02</b>

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Pasienter og brukere  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

#### INNHold I BAKKEN:

<b>FlurAbsorb gassfilter</b>	2 stk
<b>Blå holder</b> for FlurAbsorb gassfilter	1 stk
<b>Scavenging Tube</b>	2 stk
<b>Kne/vinkelstykke</b> til ekspirasjonsventil på Hamilton C6 (er engangs, men kan vaskes)	2 stk
<b>Vannfelle</b>	2 stk
<b>Sedaconda Syringe</b> – ferdig merkete sprøyter	10 stk
<b>Filling Adapter</b> Isoflurane <b>NB! Flergangs – ikke kast!</b> (Står evt på åpnet gassflaske i avtrekksvifta ved behandling)	1 stk
<b>Engangs filling adapter</b>	1 stk
<b>Sedaconda ACD-S</b> (Anaesthetic Conserving Device) 50 ml	5 stk
<b>Sedaconda ACD-L</b> (Anaesthetic Conserving Device) 100 ml	2 stk
<b>Gas Sampling Line 2,5 m</b>	5 stk
<b>Nafionslange</b>	5 stk
<b>Dräger vannfelle</b> til gassmodul (Waterlock2)	2-4 stk
<b>Connector 22M + 6MM STEM</b>	3 stk

#### Brukerveiledning

#### Annet:

**GASSMODUL - 2 STK ER I EGEN BAKK/SKUFF OVER BLODGASSAPPARAT**  
 (NB! Bruk grønn bobleslange ved smitte)

**FORBRUKSMATERIELL TIL PÅFYLLING FINNES PÅ FJERNLAGER (ved fagspl. kontor)**

**ETTER BRUK: BAKKEN FYLLES OPP OG PLOMBERES!**

#### Kryssreferanser

#### Eksterne referanser

Utarbeidet av: H. Hembre	Fagansvarlig: □	Verifisert av: □	Godkjent av: Berit Vrålstad	Dok.nr: D48479
-----------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------