

Rapport fra Aurora plasmaferesetapping, Blodbanken SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-12

Godkjent dato:

26.07.2023

Gyldig til:

26.07.2025

Dato endret:

26.07.2023

Revisjon:

2.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, prosedyreperm Tapperom.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til min. på total prosedyretid.

Maskin:
Tappenr. og f.nr:

Mann <input type="checkbox"/>	
Kvinne <input type="checkbox"/>	Høyde: _____ Vekt: _____
Gitt kalsium	_____ stk

Utstyrsinformasjon:






	Lot nr.	Utløpsdato
Tappesett		
NatriumCitrat 4 %		
Aferese kanyle		
Sveis, MTU nr.		

Installert av: _____ Kontrollert av: _____

Mengde plasma valgt: Sett kryss

Menn	600 mL	<input type="checkbox"/>
Kvinner ≥ 65 kg	600 mL	<input type="checkbox"/>
Kvinner < 65 kg med høyde > 160 cm	600 mL	<input type="checkbox"/>
Kvinner < 65 kg med høyde ≤ 160 cm	500 mL	<input type="checkbox"/>

Prosedyresammendrag:

Total prosedyretid 	min.	Antall sykluser 	
Oppsamlingsvolum 	mL	Prosessert helblod 	mL
Brukt antikoagulant 	mL		

Operatør: _____

DokumentID:D52122

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Godkjent av: Siri Brømnes	Verifisert av: 14.07.2023 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
---	--	-------------------------------------	---