

|   |  |                                     |                                       |                                   |                          |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>Klinikknivå</b>                  |                                       |                                   | <b>Prosedyre</b>         |
| <b>Innleggelse av tåreveisdren</b>  |  |                                     |                                       |                                   | Side 1 av 2              |
| Dokumentplassering:<br><b>II.SOA.ØYE.2.8.1-37</b>                                 |  | Godkjent dato:<br><b>18.09.2023</b> | Revideres innen:<br><b>18.09.2025</b> | Sist endret:<br><b>18.09.2023</b> | Revisjon:<br><b>3.00</b> |

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON:

**Indikasjon:** Tette tåreveier og økt tåreflod.

**Preoperativt:** Dryppes med Oxibuprocain og tetracain øyedråper. Får også en dusj med Xylocain nesenspray 100 mg/ml- hver dose inneholder 10 mg/ml.

### Fremgangsmåte:

**Utførelse:** Neseslimhinnen bedøves og avsvelles med Tetracain 16mg/ml og Adrenalin 200 mikrogram/ml på en nesetampong.

Samtidig begynner man sondering i tårepunktene. Når man har kommet inn til tåresekken og videre ned i nesen, setter man ned en Rittleng sonde. Gjennom denne føres tåreveisdrenet. Ved hjelp av optikk ser man så drenet komme ned i nesen. Den fanges med kroken. Denne prosedyren utføres i både øvre og nedre tårepunkt. De to endene på drenet knyttes sammen idet man trer på 3 plastperler. Drenet blir da lettere å finne når det skal fjernes.

**Anestesi:** I tillegg til Tetracain/Adrenalin i nesen settes Xylocain 10mg/ml m/Adrenalin 5 mikrogram rundt tårepunktet samt også i tårekanalen.

### Instrumenter:

Tåreveisskrin

Rittleng sonde

Krok

Saks


Hartmann tampongtang

Nesespekulum

Peang til å holde lysledning

### Utstyr:

|   |   |                      |                                       |                          |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Utarbeidet av:<br><b>Ranja G. Evensen</b> | Fagansvarlig:<br><b>Christine A. Kolaas</b> | Verifisert av:<br>[] | Godkjent av:<br><b>Espen Ringvold</b> | Dok.nr:<br><b>D52199</b> |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|

|   |                                    |                                      |                              |                                |                                |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  SØRLANDET SYKEHUS |                                    | <b>Innleggelse av tåreveisdren</b>   |                              |                                | <b>Side: 2</b><br><b>Av: 2</b> |
| Dokument-id:<br>II.SOA.ØYE.2.8.1-37   | Utarbeidet av:<br>Ranja G. Evensen | Fagansvarlig:<br>Christine A. Kolaas | Godkjent dato:<br>18.09.2023 | Godkjent av:<br>Espen Ringvold | Revisjon:<br>3.00              |

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer

Lyskilde med optikk og lysledning

Tampongstrimmel

10 x 10 kompress

Litt antidogg (håndsåpe) på en kompress

2 ml sprøyte

30 G kanyle

Tåreveisdren Self-threading Monoka Ritleng type (med mandreng I begge ender)

3 blå perler

Metallpinner

Dekkestykke med lim

Lampehåndtak

Bolle til tetracain og nacl

Nacl til skylning

Bordpose

## **Desinfeksjon:**

Klorhexidine 0.5 %

## **Post operativt:**

Gis smertestillende ved behov.

Fjerner dren etter en til tre måneder.

Kontroll cirka en måned etter dette igjen.

### **Kryssreferanser**

Anne Linn Jacobsen

Tidligere prosedyre

### **Eksterne referanser**