

Påkobling av pasient med AV-fistel - SSHF

Side 1 av 2

Dokument ID:
1.4.4.1-4Godkjent dato:
04.01.2024Gyldig til:
04.01.2026Revisjon:
1.05

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

HENSIKT

Sikre en hygienisk og forsvarlig prosedyre ved påkobling av AV- fistel.

OMFANG

Gjelder for sykepleiere ved dialyseavdelingen.


HANDLING

Utstyr:

- Sterile hansker
- Munnbind
- Startsett/ HD-sett
- 2 fistelnåler
- 2 spike til fjerning av skorper
- 2 x 10 ml NaCl 9 mg/ml prefylte sprøyter
- Klorhexidin 5mg/ml
- Tape
- Evt. Staseslange
- Evt. utstyr til blodprøvetaking

1. Det er anbefalt at pasienten vasker fistelarm med såpe og vann og skyller godt med vann.
2. Ta på munnbind
3. Lytt på fistelen med stetoskop for å registrere ”sus” og evt. endringer i denne.
4. Palper og kjenn etter spensten på fistelen.
5. Desinfiser bordet.
6. Utfør hånddesinfeksjon.
7. Pakk ut sterilt utstyr.
8. Hell Klorhexidin i plastbegeret.
9. Ta på sterile hansker.
10. Fjern evt krem/ gele med vann.
11. Vask fistelarmen med Klorhexidin og legg steril duk under armen.

Utarbeidet av:
**Trine Johnsen, Anita R. Vistnes,
Anne Margrete Ekeland**Fagansvarlig:
Marianne Klausen, Trine JohnsenGodkjent av:
**For fagdirektør, overlege Per
Kristian Hyldmo**

		Påkobling av pasient med AV-fistel-SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: 1.4.4.1-4	Utarbeidet av: Trine Johnsen, Anita R. Vistnes, Anne Margrete Ekeland	Fagansvarlig: Marianne Klausen, Trine Johnsen	Godkjent dato: 04.01.2024	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 1.05

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

12. Legg en bløt kompress med Klorhexidin over innstikkstedene i minimum 2 min.
13. Fjern skorpene (Ved knapphullsteknikk)
14. Vask armen med Klorhexidin og la lufttørke.
15. Desinfiser stikkstedene med en kompress per hull og la lufttørke.
16. Bruk eventuell stase
17. Sett nålene på plass og fest de med tape.
18. Aspirer og skyll med NaCl.
19. Maskinens arterie- og veneslange desinfiseres med klorhexidinkompresser og kobles til fistelnålene. Unngå sprit på slangeåpningene.
20. Pasientens fistelarm bør ligge synlig under hele behandlingen slik at en eventuelt blødning oppdages raskt.

Kryssreferanser

[Gjennomføring av hemodialyse-SSHF](#)

[Oppstart av ny AV-fistel-SSHF](#)

Blodprøvetaking i hemodialyse-SSHF

Eksterne referanser

Vascular Access Cannulation and Care, A nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula, EDTNA/ERCA 2015

Eidemak I., Thomas E.J., Rix M. – *Dialyse 3. Udgave* – 2011 Mai, FADL's Forlag, København, Denmark.
Lynda K. Ball, Brouwer D., - *Cannulation of the Arteriovenous Fistula (AVF)* – 2014, esrdncc, USA.