

**Avkobling av pasient med hemodialysekateter- SSHF**

Side 1 av 2

Dokument ID:  
**1.4.4.1-5**Godkjent dato:  
**22.08.2023**Gyldig til:  
**22.08.2025**Revisjon:  
**1.04**

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

**HENSIKT**

Sikre hygienisk prosedyre ved avkobling av dialysekateter.

**OMFANG**

Prosedyren følges ved avkobling av dialysekateter ved hemodialyse. Utføres av 2 sykepleiere.

Sykepleier 1: Utfører steril prosedyre.

Sykepleier 2: Assistent.

**HANDLING****Utstyr**

- Startsett/ HD-sett
- 2 x 10 ml NaCl 9 mg/ml prefylte sprøyter
- Klorhexidin 5 mg/ml
- Sterile hansker
- Munnbind
- Tegaderm eller tilsvarende
- Taurolock/Actilyse eller tilsvarende

1. Utfør håndhygiene.
2. Sykepleier og pasient tar på munnbind og utfører hånddesinfeksjon.
3. Desinfiser bordet og la det tørke.
4. Legg pasienten i flatt leie og fjern kompressene ved kateteret.
5. Utfør hånddesinfeksjon.
6. Pakk ut sterilt utstyr.
7. Hell klorhexidin i den sterile bollen.
8. Ta på en steril hanske.
9. Desinfiser Taurolock/ Actilyse ampullen og trekk opp nøyaktig mengde angitt på kateteret.
10. Ta på den andre sterile hansken.
11. Løft kateteret opp med en kompress fuktet med klorhexidin.  
Vask koblingene, kateterløpene og nedover blodslangene.

Utarbeidet av:  
**Trine Johnsen, Anita R. Vistnes,  
Anne Margrete Ekeland**Fagansvarlig:  
**Marianne Klausen, Trine Johnsen**Godkjent av:  
**For fagdirektør, overlege Per  
Kristian Hyldmo**

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Avkobling av pasient med hemodialysekateter-SSHF</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: I.4.4.1-5	Utarbeidet av: Trine Johnsen, Anita R. Vistnes, Anne Margrete Ekeland	Fagansvarlig: Marianne Klausen, Trine Johnsen	Godkjent dato: 22.08.2023	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 1.04

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

Ta ny kompress, vask koblingene og kateterløpene mot exit-site.

Hold kateteret med den sterile kompressen og vask exit-site med ny kompress, innenfra og utover, deretter under kateteret. La tørke i 30 sek og gjenta med ny kompress.

La tørke i 30 sek og legg steril duk under kateteret. Vask blodslangene for andre gang før kateteret legges ned på den sterile duken.

12. Legg en klorhexidinfuktet kompress over exit-site.
13. Når behandlingstiden er ferdig, reinfunderes blodet.
14. Sett 10 ml NaCl støtvis i arterieløpet.
15. Sett Taurolock/ Actilyse langsomt 4-6 sekunder i arterieløpet. Hold på stempelet mens du klemmer av klemmen. Vask gjengene mens sprøyta er på og la tørke. Sett på propp.
16. Samme prosedyre utføres på veneløpet når blodet er reinfundert.
17. Kateter og exit- site pakkes inn i 2-3 stk 10 x 10 cm kompresser.
18. Legg på Tegaderm eller tilsvarende.
19. Ta av sterile hansker og utfør hånddesinfeksjon.

### Kryssreferanser

[Gjennomføring av hemodialyse- SSHF](#)

### Eksterne referanser

[eHåndbok - Hemodialysekateter - håndtering, voksne \(ous-hf.no\)](#)