

		<b>Fagspesifikke prosedyrer</b>		<b>Prosedyre</b>
<b>Gjennomføring av hemodialyse-SSHF</b>				Side 1 av 2
Dokument ID: <b>1.4.4.1-9</b>		Godkjent dato: <b>22.08.2023</b>	Gyldig til: <b>22.08.2025</b>	Revisjon: <b>1.05</b>

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

## HENSIKT

Sikre forsvarlig behandling ved hemodialyse.

## OMFANG

Gjelder for sykepleiere ved dialyseenheten.

## HANDLING

- Finn frem nødvendig engangsutstyr.
- Klargjør dialysemaskinen etter legens ordinasjon og gjeldende retningslinjer fra leverandør.
- Pasienten veies før hver dialysebehandling.
- Observer vektøkning, respirasjon og perifere ødemer.
- **SSA:** Vurder BCM-måling.
- Mål blodtrykk og puls ved behandlingsstart.
- Vurder ut fra pasientens tørrvekt og blodtrykk hvor mye væske som evt. skal trekkes.

**LINK:** [Hypervolemi i hemodialysebehandling-SSHF](#)  
[Hypovolemi i hemodialysebehandling-SSHF](#)

- Koble til pasienten og start dialyse etter prosedyre.

**LINK:** [Påkobling av pasient med AV-fistel](#)  
[Påkobling av pasient med dialysekateter](#)

- Still inn væsketrekk, behandlingstid og evt. profiler.
- Start med flow på 100 ml/min til filteret er fylt med blod.
- Sett antikoagulasjon etter ordinasjon, i blå port på veneslangen.
- Øk flow gradvis til ordinert nivå.
- Sett alarmgrensene.
- Registrer målinger på dialysekurve og signert.
- Dobbeltkontroll av maskininnstillinger og medikamenter.
- Evt. O2-behandling.
- Observer pasienten underveis i behandlingen, følg BVS-kurve og mål BT/ puls ved behov. Juster evt. væsketrekket.
- Registrer målingene på dialysekurven halvveis og ved behandlingsslutt.
- Mål BT, puls og vekt etter dialysebehandling.

## Kryssreferanse:


[Hypovolemi i hemodialyse-SSHF](#)

[Hypervolemi i hemodialyse-SSHF](#)

[Påkobling av pasient med AV-fistel-SSHF](#)

[Påkobling av pasient med dialysekateter-SSHF](#)

Utarbeidet av: <b>Trine Johnsen, Anita R. Vistnes,          Anne Margrete Ekeland</b>	Fagansvarlig: <b>Marianne Klausen, Trine Johnsen</b>	Godkjent av: <b>For fagdirektør, overlege Per          Kristian Hyldmo</b>	
--	---	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Gjennomføring av hemodialyse-SSHF</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: I.4.4.1-9	Utarbeidet av: Trine Johnsen, Anita R. Vistnes, Anne Margrete Ekeland	Fagansvarlig: Marianne Klausen, Trine Johnsen	Godkjent dato: 22.08.2023	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 1.05

Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Hemodialyse

**Eksterne referanser:**

Eidemak I., Thomas E.J., Rix M. – *Dialyse 3. Udgave* – 2011 Mai, FADL's Forlag, København, Denmark.