

		Foretaksnivå			Prosedyre
Hemodialyse – oppstart 1. behandling - SSHF					Side 1 av 1
Dokumentplassering: I.4.4.1-7	Godkjent dato: 04.01.2024	Gyldig til: 04.01.2026	Sist endret: 13.03.2024	Revisjon: 2.04	

Foretaksnivå\Fagspesifikke prosedyrer\Dialyse\Hemodialyse
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Kvalitetssikre planlagt oppstart av hemodialyse.

OMFANG

Utføres av sykepleiere på dialysen i samarbeid med nefrolog.

HANDLING

- Dialysekateter: Få bekreftet av nefrolog at kateterposisjon er kontrollert med rtg. thorax.
- AV-fistel: Sjekk med nefrolog/karkirurg om fistelen er moden og klar til oppstart. Vurder bruk av ultralyd/dopler.
- Standard utstyr til første hemodialysebehandling:
 - Dialysevæske: Kalium 3, Calcium 1,5
 - Dialysefilter: Dora B-16
- I samarbeid med nefrolog stiller man inn:
 - Blodflow mellom 150 og 200 ml/min
 - Dialysetid
 - Væsketrekk
 - Evt. antikoagulasjon og medikamenter
- HD anbefales de første behandlingene.
- Koble pasienten til telemetri/scop.
- Blodprøver tas etter avdelingens veileder.
- Behandlingen startes etter prosedyre.
- Overvåke blodtrykk, puls, respirasjon og hjerterytme kontinuerlig under hele første dialysebehandling. Videre overvåking de neste behandlingene vurderes i samråd med lege.
- Behovet for innleggelse på sengepost etter første dialysebehandling, vurderes i hvert tilfelle av nefrolog.
- Sørge for registrering av digitalt «dialyseskjema» i Norsk Nyreregister.

Barn som pårørende:

Barn under 18 år skal registreres som pårørende med fødselsdato i Dips.
 Kartlegg og dokumenter eventuelle hjelpebehov i dokumentet «Barn som pårørende».

Kryssreferanser

[Gjennomføring av hemodialyse-SSHF](#)
[Påkobling av pasient med dialysekateter-SSHF](#)
[Påkobling av pasient med AV-fistel-SSHF](#)
[Barn som pårørende- registrering i Dips- SSHF](#)

Eksterne referanser

Eidemark I, Thomas E.J, Rix M.- Dialyse 3. Utgave-2011 Mai, FADL`s Forlag, København, Danmark.

Utarbeidet av: Trine Johnsen, Anita R. Vistnes, Anne Margrete Ekeland	Fagansvarlig: Marianne Klausen, Trine Johnsen	Verifisert av:	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Dok.nr: D53792
---	---	----------------	--	--------------------------