

 SØRLANDET SYKEHUS		Medisinsk serviceklinikk			Prosedyre
Renhold av obduksjonssal. Avd. for patologi SSK					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.5-7	Godkjent dato: 20.12.2024	Gyldig til: 20.12.2026	Dato endret: 20.12.2024	Revisjon: 7.00	

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon
DISTRIBUSJONSLISTE: EK og perm på kontoret, obduksjonsseksjonen.
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Små endringer

Omfang

Denne prosedyre gjelder for obduksjonspreparanter og bioingeniører sertifisert for obduksjon, Avdeling for patologi.

Hensikt/ Indikasjon

Fjerne søl fra obduksjon, hindre bakterievekst og spredning av evt. smitte.

Renhold

Rengjøring av obduksjonsbord

Bordet spyles først av med varmt vann, og vaskes deretter grundig med såpevann, bruk Virkon ved smitteobduksjon (blandingsforhold og metode på emballasjen).

Rengjøring av instrumenter

Alle instrumenter som har vært brukt, vaskes i oppvaskmaskin. Bruk program P4.
Brukermanualen står i hylla på kontoret, obduksjonsseksjonen.

Rengjøring av gulv, obduksjonssal

Etter obduksjon vaskes gulvet med såpevann, bruk Virkon ved smitteobduksjon (blandingsforhold og metode på emballasjen).

Rengjøring av benker, trillebord etc, obduksjonssal

Vaskes ved behov, med såpevann eller Virkon.

Rengjøring av sag

Ledning løsnes og sagen vaskes i vasken med oppvaskbørste og såpe.

Utstyr

Mopp
Bøtte
Oppvaskbørste
Gulvklut
Stålull

Vaskemidler

Kaustisk soda
Salmiakk
Virkon
Flytende PEP
Etanol

DokumentID:D01861			
Utarbeidet av: Leiv Henriksen	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Stine Wathne	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 18.12.2024 - Linda Kvelland Skaara

 SØRLANDET SYKEHUS		Renhold av obduksjonssal. Avd. for patologi SSK			Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.5-7	Utarbeidet av: Leiv Henriksen	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Stine Wathne	Godkjent dato: 20.12.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 7.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon