

Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og ved flekkdesinfeksjon

Side 1 av 2

 Dokument ID:
1.5.2.6.2.2-9

 Godkjent dato:
12.03.2025

 Gyldig til:
12.03.2027

 Revisjon:
5.06

Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og håndtering av smitte

| ISOLERINGSREGIME | SMITTESTOFF | DESINFEKSJONSMIDDEL/-METODE |
|--|---|---|
| LUFTSMITTE | Mycobacterier, åpen lungetuberkulose (tbc), <ul style="list-style-type: none"> • rengjort utstyr og flater | PeraSafe i 10 min. eller desinfeksjonsrobot |
| | Ved andre mikrober: <ul style="list-style-type: none"> • Utstyr med inntørkede kroppsvæsker | Virkon 1 % i 30 min. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr | Virkon 1 % i 10 min. eller desinfeksjonsrobot |
| DRÅPESMITTE | <ul style="list-style-type: none"> • Utstyr med inntørkede kroppsvæsker | Virkon 1 % i 30 min. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr | Virkon 1 % i 10 min. eller desinfeksjonsrobot |
| KONTAKTSMITTE OG KONTAKTSMITTE MED MUNNBIND | Clostridioides Difficile toxin (CD) ¹ og diaré av ukjent årsak <ul style="list-style-type: none"> • rengjort utstyr | PeraSafe i 10 min. eller desinfeksjonsrobot |
| | Ved andre mikrober: <ul style="list-style-type: none"> • Synlig forurensede flater se flekkdesinfeksjon. • Utstyr med inntørkede kroppsvæsker | Virkon 1 % i 30 min. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr | Virkon 1 % i 10 min. eller desinfeksjonsrobot |

PeraSafe anbefales brukt til desinfeksjon av instrumenter

| | | |
|--|---|---|
| FLEKK-DESINFEKSJON UAVHENGIG AV INFEKSJONSTATUS | Ved søl av blod og andre kroppsvæsker: <ul style="list-style-type: none"> • Bruk hansker • Fjern sølet med oppsugingspapir dynket med desinfeksjonsmiddel • Legg i plastpose som lukkes • Påfør deretter desinfeksjonsmiddel | Virkon 1 % i 10min. Ved kjent CD og diaré av ukjent årsak eller tbc bruk PeraSafe i 10 min |
| | Ved inntørket søl: Fukt oppsugingspapiret godt med aktuelt desinfeksjonsmiddel og fjern sølet mekanisk, bruk hansker. Påfør deretter aktuelt desinfeksjonsmiddel på nytt og la virke i 10 min. | |

¹ Utvidet desinfeksjon ved **Clostridioides Difficile (CD)**, **Vankomycin resistente enterokokker (VRE)**, **isoleringskrevende ESBL** og **Acinetobacter baumannii** skal det gjennomføres **daglig** desinfeksjon og renhold av flater og felles berøringspunkter som f.eks. håndtak (skap, dører), lysbrytere, ringesnor, sengehest, nattbord, såpedispenser, kraner, fjernkontroller og toalett. **Ved opphør av isolering** skal toalettet desinfiseres med 3 tabletter Virkon, ev. tilsvarende mengde PeraSafe ved Clostridioides, husk virketid. [Kontaktsmitteplakat - Utvidet desinfeksjon Ansvarsfordeling ved smittevask](#) Ved CD: dersom daglig bruk av PeraSafe er ubehagelig for pasienten, kan dette erstattes med såpe og vann, eller rengjørings- og desinfeksjonsklut. Bruk rombundet utstyr.

Bruk av sprayflasker er ikke anbefalt ved desinfeksjon. Vanlig rengjøring utføres etter endt desinfeksjonstid. På rent utstyr og mindre flater, som tåler sprit, kan desinfeksjonssprit 70-80 % anvendes til desinfeksjon. Flaten **må** være synlig ren. **Området som desinfiseres må være godt fuktet, virketid 2-10 min.** Lufttørkes. NB: brukes ikke ved opphør av isolering.

Ved flekkdesinfeksjon og etter pas. med kjent smitte i poliklinikk, kan engangs desinfeksjonskluter brukes.

 Utarbeidet av:
Smittevernheten

 Fagansvarlig:
Smittevernoverlegen

 Godkjent av:
Per Engstrand

Dokument-id:
I.5.2.6.2.2-9

 Utarbeidet av:
Smittevernenheten

 Fagansvarlig:
Smittevernoverlegen

 Godkjent dato:
12.03.2025

 Godkjent av:
Mikkel Høiberg

 Revisjon:
5.06

Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og håndtering av smitte

Rekvisisjon

Avdeling/post:..... **Romnr:**.....

Husøkonom kan nås på tlf.

SSA: 4371 man. til søn. kl 07.00 - kl. 21:00

SSF: 5171 dagtid, 91140982 kveld/helg eller 7107 (før kl. 20)

SSK: 3018 man. til søn. kl. 07:00 – 21:00 (Akuttmottak til kl. 21:30)

PSA: 2192 man. til fre. kl 07:00 – 14:30

Isoleringsregime:

Luftsmitte

Dråpesmitte

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte m/ munnbind

Desinfeksjonsmiddel/-konsentrasjon:

Desinfeksjonsrobot (anbefales)

PeraSafe

Virkon 1%

Ved synlig søl av blod eller andre kroppsvæsker utføres flekkdesinfeksjon

Rommet vil være ryddet og klargjort for desinfeksjon og rengjøring klokken:.....

Medisinsk utstyr er desinfisert av:.....

Eventuelle andre opplysninger:
Rekvirert telefonisk dato:.....

Klokken:.....

Utfylt av (navn):.....

FYLLES UT AV HUSØKONOMAVDELINGEN
Rommet er ferdigstilt av (navn):.....

Dato:.....

Klokken:.....

Eventuelle anmerkninger: