

		Fagspesifikke prosedyrer		Prosedyre
Blodtrykksmåling, Barnesenteret, Barnepost				Side 1 av 1
Dokument ID: 1.4.3.8-6	Godkjent dato: 08.09.2022	Gyldig til: 08.09.2026	Revisjon: 1.07	

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Hjerte og kar/ sirkulasjon

1.0 Omfang:

Prosedyren gjelder bruk av det elektroniske BT-apparatet.

2.0 Hensikt:

Lik utførelse av prosedyren.

3.0 Handling:

For korrekt registrering, er det avgjørende å bruke passende mansjett.

- Mål rundt overarm og finn mansjett som passer pasienten (anbefalt cm står på mansjetten)
- For liten mansjett gir falskt forhøyede trykk.
Det er bedre å bruke for stor enn for liten mansjett.
- Ta 2 målinger med ett min. mellomrom. Om målingene er svært ulike skal det tas en måling til. Det skal **ikke** regnes gjennomsnitt. Skriv opp alle målingene i pasientens kurve. Husk: Skriv opp størrelsen på mansjetten til pasienten.
- Ved måling av [ortostatisk](#) blodtrykk, trykk link.

Kryssreferanser

[II.SOK.MEK.MEK.2.1.NEF.3-1](#) [Ortostatisk blodtrykksmåling](#)

[1](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Elin Slettebø	Fagansvarlig: Marianne Rønnekleiv	Godkjent av: Elin Slettebø	
--	---	--------------------------------------	--