

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Flekkefjord		Generelt dokument	
Malign hypertermi - SSF				Side 1 av 1	
Dokument ID: II.SOF.KIF.SSF.2.a-8		Godkjent dato: 03.06.2025	Gyldig til: 03.06.2027	Revisjon: 5.00	

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Anestesi - SSF/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

MALIGN HYPERTERMI

VED MALIGN HYPERTERMI REKVIRERES PÅFYLL/VEDLIKEHOLDS DOSER AV DANTROLENE® FRA NÆRMESTE SYKEHUS. ANESTESIAVDELINGENE RÅDER OVER DANTROLENE® TIL BEHANDLING.

- **ANESTESIAVDELING SSK** **0 380 73 651**
- **ANESTESIAVDELING SSA** **0 370 75 748 / 0 370 75 749**
- **ANESTESIAVDELING SUS** **0 515 18 000**
- **Dag-Kirurgisk enhet HILLEVÅG** **0 515 14 460 (KUN HVERDAGER, DAGTID)**
- **ANESTESIAVDELING SSF** **0 383 27 390**

Hos oss i Flekkefjord er utstyr til behandling av Malign Hypertermi samlet i en plastkasse merket «DANTROLEN» plassert oppå medisinskapet på vaktrom ø335.

Det kan være aktuelt at vi bistår andre sykehus med vår beholdning i en akuttsituasjon.

Esken inneholder:

- Prosedyre/Bruksanvisning
- Dantrolene® 20mg – 12stk
- Sterilt vann, 100ml – 24 stk
- Perfusorsprøyte 50ml luer 24 stk
- Minispikes 12 stk
- 3- veiskran 75cm forlengelse
- Tilbakeslagsventil



[SSF følger anestesiavdelingen Arendal \(SSA\) sitt dokument: Malign hypertermi, masseterspasm, utblanding av Dantrolen.](#)

