

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | | Foretaksnivå | | Generelt dokument |
| Straksmelding ved uønskede hendelser | | | | Side 1 av 1 |
| Dokument ID: 1.6.2.4-6 | Godkjent dato: 19.08.2024 | Gyldig til: 19.08.2026 | Revisjon: 3.01 | |

Foretaksnivå/Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Uønskede hendelser

Straksmelding

Utløses når følgende hendelser inntreffer:

| Hendelse | Meldes straks til | Tlf/e-post |
|--|--|-----------------------------|
| Dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko – hendelser som er meldepliktige etter spesialisthelsetjenestelovens §3-3a | Se egen retningslinje | |
| Død eller alvorlig skade på ansatt | - Politi - Arbeidstilsyn | 02800 815 48 222 |
| Dødsfall grunnet feil/svikt på <u>elektromedisinsk utstyr.</u> | Medisinsk teknisk seksjon Seksjonssleder Edzo M E Klawer Medisinsk teknisk seksjon melder til Legemiddelverket snarest, senest første arbeidsdag. | 3807 3859 Mob 480 89 425 |
| Betydelig skade, eller fare for betydelig skade på pasient ved feil/svikt på <u>strålegivende utstyr.</u> | <u>Dagtid:</u> Sentral strålevernkoordinator Steinar Tveiten <u>Utenom arbeidstid:</u> Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | 90961115 67 16 25 01 |

(Varsling gjøres normalt av vakthavende lege)

| | | |
|---|---|--|
| Utarbeidet av: Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet | Fagansvarlig: Else Kristin Reitan | Godkjent av: Susanne M Sørensen Hernes |
|---|---|--|