

 SØRLANDET SYKEHUS		Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Prosedyre
MR Lab.div - Retningslinjer for all personal				Side 1 av 1
Dokument ID: II.DKS.Rad SSA.2.2.1-2		Godkjent dato: 05.11.2025	Gyldig til: 05.11.2027	Revisjon: 2.08

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Pasientbehandling/MR/Teknisk

Retningslinjer for personale som følger pasienter til MR - laboratoriet.

OBS. Magneten står alltid på.

På grunn av det kraftige magnetfelt som er i magnetrommet må vi, for å unngå skader på pasient, ansatte og eller MR-maskinen, ha visse forholdsregler som skal følges.

Personell:

Anestesipersonell som har erfaring med å være på **MR** skal følge pasienter inn i MR-maskinen hvis pasienter trenger det.

Personal som har operert inn metall i hjernen, øynene, ørene og hjertet bør ikke følge pasienter til MR og skal ikke inn i MR-rommet.

Lommene til personalet må tømmes for metall, sakser, klokker, mobiltelefon og bankkort. Disse gjenstander må bli igjen på avdelingen.

For å utelukke at det finnes skjult metall på pasientbåren skal personalet på MR føre metalldetektoren som henger i forberedelsesrommet over pasienter som blir fraktet på bære inn i magnetrommet.

Utstyr:

Pasienter som skal ventileres skal ha enveis ventilasjonssystem med forlengesslangar.

Det må bare brukes MR-kompatibelt utstyr i MR-rommet.

Det må bare brukes den ene injeksjonsprøyten som er merket med at den hører til MR. Den skal sitte fast på stativet til det MR-kompatible overvåkningsutstyret under hele undersøkelsen..

Det MR-kompatible overvåkningsutstyret skal ikke stå lenger inn mot magneten enn det som er anvist med en strek på gulvet i MR-rommet. Hvis den står for nærme MR-maskinen kan det lage artefakter på bildene.

Utarbeidet av: Jannie Pedersen	Fagansvarlig: Bjarne Jøssang	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	
--	--	---	--