

 SØRLANDET SYKEHUS		Medisinsk serviceklinikk		Retningslinje
Retningslinje ved renhold på MR				Side 1 av 1
Dokument ID: II.MSK.ISE.HUS.7-1		Godkjent dato: 04.10.2022	Gyldig til: 04.10.2024	Revisjon: 7.00

Medisinsk serviceklinikk/Avdeling for intern service/Husøkonom/Administrative rutiner

Retningslinjer for renhold på MR

På grunn av den kraftige magnetstyrken som er i magnetrommet må vi ha visse forholdsregler som må følges.

- Personer som har operert inn metall i hjernen, øynene, ørene og hjertet må bli vurdert om de bør gå inn i magnetrommet.
- Lommer må tømmes for metall, klokker og bankkort.
- Ved renhold må det vises aktsomhet når det tas jernholdige gjenstander inn i magnetrommet.
- Magnetrommet skal alltid være låst når det ikke er i bruk. Det må låses etter at det er vasket.
 - (Nøkkelen til magnetrommet henger på en knagg i manøverrommet. SSA)
- Det må ikke tas mer utstyr enn nødvendig inn i magnetrommet(fuktig mopp).
- Rengjøringsvogn, poleringsmaskin og jernholdige gjenstander må **ikke** inn i MR rommet, da det kan gi store skader på både personell og utstyr.

Kryssreferanser

[II.MSK.Rad SSF.1.C-1](#) [Sjekkliste MR, Radiologisk avdeling FLEKKEFJORD](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Fagradiograf	Fagansvarlig: Elisabeth Egeli	Godkjent av: Elin L. Østerberg	
---------------------------------------	---	--	--