

 SØRLANDET SYKEHUS				Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument	
Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK						Side 1 av 3	
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.8.5-4			Godkjent dato: 19.05.2025	Gyldig til: 19.05.2027	Dato endret: 19.05.2025	Revisjon: 8.03	

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 19.05.2027 uten endringer i dokumentet.

ENSIKT

Dokumentet opprettes for å få en optimal og enhetlig oppdekking og utførelse av ultralydveiledet nålemerking.


OMFANG

Dokumentet gjelder for radiografer og radiologer på BDS

UFØRELSE

Oppdekking:

- Klorhexidinsprit 5 mg/ml
- Skiftesett
- Merkenål x-krok 9cm
- Papirtape, kompresser og micropore
- Plastfolie til UL proben
- Evt skalpell om nødvendig
- Tusj til merking av huden
- Linjal til måling av merketråden



Ved bedøvelse: Bedøvelse med minispikes, 10ml opptrekkssprøyte og grå kanyler.

Gjennomføring:

- Finn frem aktuell pasient på modaliteten, kontroller navn, fødsels- og personnummer.
- Finn frem alt av utstyr til nålemerkingen og dekk opp på duken til skiftesettet, vent med utsyr til bedøvelse og skalpell til radiolog sier om dette er nødvendig.
- Tupfere påføres rikelig med klorhexidinsprit.
- Radiolog informere pasienten om hva som skal skje. Det skal settes inn en merketråd som skal hjelpe kirurgen med å finne frem til lesjonen som skal fjernes. Når merketråden er satt på plass ved hjelp av UL tas det kontrollbilder på mammografiapparatet. Dette for å kontrollere at tråden ligger riktig.

DokumentID:D26307

Utarbeidet av: Randi Marie Dyrkolbotn	Fagansvarlig: Helene Sandvik Solli	Godkjent av: Heidi Kollstad	Verifisert av: □
---	--	---------------------------------------	----------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.8.5-4	Utarbeidet av: Randi Marie Dyrkolbotn	Fagansvarlig: Helene Sandvik Solli	Godkjent dato: 19.05.2025	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 8.03

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd

- Etter at nålen er plassert, måler radiologen lengden av tråden utenfor brystet.
- Pasienten legges flatt og med armen på aktuell side i 90 grader før radiolog setter kryss over spissen på merketråden.
- Mammografibilder for kontroll tas i front og sideplan.
- Pakk tråden inn i kompresser. Fest med papirtape eller micropore.



Rull sammen merketråden og dekk til med kompresser som festes med papirtape eller micropore.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.Rad SSK.3.8.4-2](#)
[II.MSK.Rad SSK.3.8.5-3](#)
[II.MSK.Rad SSK.3.8.6-5](#)

[Stereotaktisk nålemerking GE Pristina Serena- BDS Radiologisk avdeling SSK](#)
[Ultralydveiledet innleggelse av Scout- BDS Radiologisk avdeling SSK](#)
[Hengeprotokoll Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK](#)

Eksterne referanser:

 SØRLANDET SYKEHUS	Ultralydveiledet nålemerking - BDS Radiologisk avdeling SSK				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.8.5-4	Utarbeidet av: Randi Marie Dyrkolbotn	Fagansvarlig: Helene Sandvik Solli	Godkjent dato: 19.05.2025	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 8.03

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/BDS/Ultralyd