

 SØRLANDET SYKEHUS		Medisinsk serviceklinikk			Prosedyre	
MR Akutt slag - Radiologisk avdeling SSK					Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.9.6-3		Godkjent dato: 09.10.2023	Gyldig til: 09.10.2025	Dato endret: 09.10.2023	Revisjon: 4.00	

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/MR/CNS
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatert mtp MR1


MR-protokoller Sola SSK: 11.6 Cerebral v/akutt slag

Indikasjon: Undersøkelse med tanke på akutt slag.

Pasientforberedelser: Gjennomgang av sjekkliste. Se til at pasienten ikke har noe av metall eller er tilkoblet elektrisk måleutstyr som ikke er MR kompatibel.

Sekvenser	Snittretning	Div.
1. AAhead_scout	3D	
2. Tra_DWI	Transversal	Autoposisjonering /Stilles inn axialt
3. Tra_3D_Flair	Transversal	Auto.kopi snittposisjon serie 2
4. Tra_vibe_2mm	Transversal	Auto.kopi snittposisjon serie 2
5. Tra_SWI	Transversal	Auto.kopi snittposisjon serie 2

Transversal snittføring: Vinkle parallelt med fremre og bakre del av corpus calossum (tilsvarende AC-PC linjen)



DokumentID:D28982

Utarbeidet av: Frank Gonzalez	Fagansvarlig: Jeroen Seebastian Reijnen	Godkjent av: Heidi Kollstad	Verifisert av: □
---	---	---------------------------------------	----------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS		MR Akutt slag - Radiologisk avdeling SSK				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.9.6-3	Utarbeidet av: Frank Gonzalez	Fagansvarlig: Jeroen Seebastian Reijnen	Godkjent dato: 09.10.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 4.00	

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/MR/CNS

Oppheng:

