

		INTENSIV		Retningslinje
CRRT- KONTINUERLIG NYREERSTATNINGSTERAPI - KRAV TIL BRUKERE AV MASKINEN				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOA.AIO.SSA.7-11	Gruppe:	Godkjent dato: 30.12.2024	Gyldig til: 30.12.2026	Revisjon: 0.04

Somatikk Arendal\Anestesi, intensiv, operasjon\INTENSIV\Administrative rutiner

HENSIKT

Retningslinje som skal beskrive brukerkrav for opplæring i kontinuerlig nyreerstatningsterapi. Beskrive forventet kunnskap hos bruker av Prisma dialysemaskiner.

ANSVAR

Enhetsleder har et overordnet ansvar for gjennomføring av brukeropplæring av medisinsk teknisk utstyr (MTU). Ansatte som benytter MTU har et eget ansvar for å kjenne til hvordan utstyret skal benyttes.

Anestesilege har det overordnede ansvar for behandlingen.

FREM GANGSMÅTE

Retningslinjen benyttes ved brukeropplæring og kompetansesikring.

Mestringsgrad dokumenteres, etter gjennomgått *E-læringskurs* og praktisk sertifisering, i kompetanseportalen.

Å beherske bruk av intensivenhetens dialysemaskiner innebærer:

At bruker kjenner til:

- Brukermanual og prosedyrer
- Hvor apparatene (Prisma med Thermax), Prisma-tralle og forbruksmateriell oppbevares
- Rutiner for påfyll og beregning av forbruksmateriell
- Perm for registrering av pasientbehandling


At bruker kan og mestrer:

- Klargjøre maskinen og prime Oxiris-settet
- Starte og avslutte behandlingen
- Behandle dialysekateteret
- Fylle og bytte Calciumsprøyte og -slange
- Justere antikoagulasjon etter blodprøver
- Bytte poser
- Legemiddelhåndtering og dobbelkontroll
- Endre flowhastigheter
- Endre væsknivå i avluftningskammeret
- Finne historikk på display
- Dokumentere behandling
 - Verdier fra Prisma høstes inn i MetaVision
 - Legge inn væsketrekk for hver time i MetaVision
- Alarmhåndtering og problemløsning
- Behandle brukt filter på forsvarlig måte
- Rengjøre utstyr

At bruker kan forklare:

- Diffusjon
- Konveksjon
- Adsorpsjon
- Bakgrunn for bruk av de ulike væskene i behandlingen
- Kjennskap til behandlingsmodus

Utarbeidet av: Grete Jensen, Camilla Bakke Larsen	Først utgitt:	Fagansvarlig: Hilde Hembre	Godkjent av: <ikke styrt>	
---	---------------	--------------------------------------	---	--

 SØRLANDET SYKEHU	CRRT- kontinuerlig nyreerstatningsterapi - Krav til brukere av maskinen				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.AIO.SSA.7-11	Utarbeidet av: Grete Jensen, Camilla Bakke Larsen	Fagansvarlig: Hilde Hembre	Godkjent dato: 30.12.2024	Godkjent av: <ikke styrt>	Revisjon: 0.04

Somatikk Arendal\Anestesi, intensiv, operasjon\INTENSIV\Administrative rutiner

GENERELT

**KOMPETANSESIKRINGEN GJENNOMFØRES HVERT ÅR, TEORETISK OG PRAKTISK.
RESSURSGRUPPEN DELTAR I OPPLÆRING OG KOMPETANSESIKRING**

Kryssreferanser

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-1](#)

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-2](#)

[Kontinuerlig nyreerstatningsterapi - CRRT - SSA](#)

[Prismaflex-behandling - Pasientskjema](#)

Eksterne referanser