

Hørselsutredning, sjekkliste. Hørselsentralen SSHF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.ØNH.FEL.2.c.1-7

Godkjent dato:

08.10.2022

Revideres innen:

08.10.2023

Sist endret:

08.10.2022

Revisjon:

2.01

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Øre Nese Hals\Øre Nese Hals fellesdokumenter\Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 08.10.2023 uten endringer i dokumentet.

Hensikt/ Målgruppe

Dokumentet er opprettet for å kvalitetssikre arbeidet innen utredning på Hørselsentralen.

Dokumentet gjelder spesielt for studenter og nyansatte, men kan brukes av alle audiografer i klinisk praksis.

Gjelder alle konsultasjoner

Registrere diagnose, prosedyrekode, takst, kommentar om oppfølging i «kontaktårsak» i Dips

Forberedelse

- Les henvisning eller foregående notat som bakgrunn for timen
- Sjekk F7 – er timen koordinert med legetime
- Sprite utstyr og overflater mellom hver konsultasjon

Lekeaudiometri 30 min

- Barn under 5 år eller eldre med kognitive utfordringer – 2 audiografer
- Otoskopi
- Rentone luftledning, hovedsakelig 1000 – 2000 – 4000 – 6000 - 500 – 250 kHz
- Terskelbestemt måling med utgangspunkt 10 dB
- Benledning ved indikasjon. Hvis luftledning er vanskelig, kan benledning være lettere.
- Tympanometri ved indikasjon
- Hvis luft/ben- ledning ikke er gjennomførbart og Tymp. er ok: Må vurdere TEOAE
- Journalføring med frase *hlekeaud+ F8*

VRA 30 min

- 2 audiografer/ 1 audiograf og 1 audiopedagog
- Otoskopi
- Rentone luftledning, hovedsakelig 1000 – 2000 – 4000 – 6000 - 500 kHz
- Screening ved 25 dB med innstikkstelefon
- Tympanometri ved indikasjon
- Journalføring med frase *hvra+ F8*

Poliklinikk 30 min

- Otoskopi
- Rentone luft- og benledning samt maskering, alt i henhold til metode
- Tympanometri ved indikasjon
- Taleaudiometri
- Journalnotat med frase *hpolaud+F8*

Poliklinikk 45 min

- Otoskopi
- Rentone luft- og benledning samt maskering, alt i henhold til metode
- Taleaudiometri, enstavellesord
- Tympanometri
- Stapediusreflekser ved indikasjon/bestilling
- Journalnotat med frase *hpolaud+F8*

Utarbeidet av:

Ingrid Nordal Kristoffersen

Fagansvarlig:

Georg Magne Træland


Verifisert av:

Godkjent av:

Jorunn Sandvik

Dok.nr:

D45710

		Hørselsutredning, sjekklister. Hørselsentralen SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.ØNH.FEL.2.c.1-7	Utarbeidet av: Ingrid Nordal Kristoffersen	Fagansvarlig: Georg Magne Træland	Godkjent dato: 08.10.2022	Godkjent av: Jorunn Sandvik	Revisjon: 2.01

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Øre Nese Hals\Øre Nese Hals fellesdokumenter\Pasienter og brukere

Tinnitus poliklinikk A / B - 60 min- 90 min

- Otoskopi
- Rentone luft- og benledning samt maskering, alt i henhold til metode
- Taleaudiometri (alle tester)
- TEOAE
- Tympanometri
- Tinnitusanalyse (Tas av audiograf)
- BRA
- UCL (alltid ETTER tinnitusanalysen)
- Pasienten skal fylle ut THI- skjema
- Ved indikasjon: Søke om Lydgenerator med putehøytaler. Husk signatur på både A og B- skjema.
- Journalføring med frase *hnivåA+ F8*

Høreapparatutredning 60 min

- Otoskopi
- Rentone luft- og benledning samt maskering, alt i henhold til metode
- Taleaudiometri: Enstavellesord. Treordsytringer ved indikasjon
- UCL
- Tympanometri ved indikasjon i henhold til metode
- Ved asymmetri – resultat tas opp til vurdering i fagteam
- Behovskartlegging
 - o Hørselsutfordringer
 - o Livs- og bosituasjon. Evt. yrkesaktivitet
 - o Fingerferdighet/syn/evt. andre relevante helseutfordringer
 - o Motivasjon
- Informere om resultat og valg av type apparat. Evt. avstøp av øregang.
- Bestille utstyr fra leverandør med initialer og fødselsdato/behandlers navn.
- Info om HA-kurs (til NY HA eller yrkesaktive) Sende med brosjyre. Legg kopi av audiogram i kurshylle.
- Legge kopi av audiogram til skanning
- For pasienter med hjelpenummer i Dips: Søke NAV om dekning av utgifter FØR man går videre med tiltak.
- Journalføring med frase *hnyhør F8* eller *hgmlhør F8*

Kontroll/hørsel høreapparat 60 min

- Otoskopi
- Behovskartlegging
- Rentone luftledning. Behov for benledning vurderes iht. metode
- Taleaudiometri: Enstavellesord
- REM og evt. justering av høreapparat ved behov
- Journalføring med frase *hktrhør + F8*

Kryssreferanser

Eksterne referanser