

Avfallsrutiner Lab.avd.SSA

Side 1 av 3


Dokumentplassering:
II.DKS.MBio.FEL.7-6Godkjent dato:
18.12.2025Gyldig til:
18.12.2027Dato endret:
18.12.2025Revisjon:
2.04

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd. for medisinsk biokjemi SSA/Fellesdokumenter MedBio SSA/Administrative rutiner
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Side 2-3 er hengt opp diverse steder i avd. som guide for sortering av avfall
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 18.12.2027

Vedlegg:**Kryssreferanser:**[I.5.2.6.2.1.8-1](#)[Avfallsrutiner](#)**Eksterne referanser:**

DokumentID:D45962

Utarbeidet av:
**Beate Sommer, Hilde
M.Olsen, Grethe Wang**Fagansvarlig:
Smittevern og driftGodkjent av:
Avd. leder Beate SommerVerifisert av:
□

 SØRLANDET SYKEHUS	Avfallsrutiner Lab.avd.SSA				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.DKS.MBio.FEL.7-6	Utarbeidet av: Beate Sommer, Hilde M.Olsen, Grethe Wang	Fagansvarlig: Smittevern og drift	Godkjent dato: 18.12.2025	Godkjent av: Avd. leder Beate Sommer	Revisjon: 2.04

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd. for medisinsk biokjemi SSA/Fellesdokumenter MedBio SSA/Administrative rutiner

Mindre **RISIKO** og mer **REST** = Grønnere sykehus

Mye av det vi i dag kaster i risikoavfall, kan kastes i vanlig restavfall. Under er en guide for sortering:

RESTAVFALL: Korker, engangspipetter, «tomme» prøvekopper, hansker, gelkort, benkpapir, bioplater, reagenskassetter uten nål og tupfer m/blod på.

RISIKOAVFALL: Nåler, pipettespisser, alt med pasient ID på, glassflasker/rør, blodposer med blod i, prøverør og sprøyter.



Prøvekopp= **REST** Tipper= **RISIKO**



Engangspipetter, korker= **REST**



Hansker og gelkort=**REST**
Etiketter=**RISIKO**



Avfall fra Cobas= **RISIKO**



Avfall fra RSA pro= **RISIKO**



Tomme uringlass= **RISIKO**



Tomme blodposer = **RISIKO**



Fulle blodposer = **RISIKO**



Bioplater, Benkpapir=**REST**

Dokumentplassering:
II.DKS.MBio.FEL.7-6

Utarbeidet av:
Beate Sommer, Hilde
M.Olsen, Grethe Wang

Fagansvarlig:
Smittevern og drift

Godkjent
dato:
18.12.2025

Godkjent av:
Avd. leder Beate Sommer

Revisjon:
2.04

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd. for medisinsk biokjemi SSA/Fellesdokumenter MedBio SSA/Administrative rutiner



Nåler med holdere= **RISIKO**



Sprøyter= **RISIKO**



Prøverør= **RISIKO**



Reagenskassett med nål = **RISIKO**



Reagenskassett uten nål = **REST**

Avfallssortering fra prøvetaking på smitteisolerte pasienter :

Se flytskjema under. Utstyr som er synlig forurenset og fra rom med luftsmitte skal i **RISIKO** og resten i **REST**.

