

		Somatikk Kristiansand		Kliniske fagprosedyrer	
Conisering (Laserbehandling) med Diatermi-SSK					Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.KKK.GPK.2-21		Godkjent dato: 18.01.2023	Gyldig til: 18.01.2025	Revisjon: 0.03	

Somatikk Kristiansand/Kvinneklivnikken SSK/Kvinneklivnikkens poliklinikk SSK/Pasienter og brukere

Hensikt

Fjerne del av livmorhals med celleforandringer.

Målgruppe

Lege med assistanse av sykepleier

Utstyr

Sterilt lasersett (inneholder 1 pussbekken, 3 skåler, 1 korntang, 1 durahake, 1 kuletang)

3 pk. med 5 sterile tuffere, 1 steril kompress

Eddiksyre 5% til pensling

Klorhexidin 0,5 % mg/ml

Lugols joddråper 5%

Sprøyte 5 ml

Kanyler etter behov (1 lang kanyle orange og gul +1 opptreks kanyle)

Diatermi penn, forlenger og kule

Blått cusco

Korntang (u steril)

Sterile hansker

Slynger til diatermi

Åndedrettsmaske m/ventil til operatør

Citanest Dental Octapressin

Xylocain 5mg/ml med Adrenalin 5 microgr./ml

280 ml biopsi beger m/lokk med Formaldehyd 4% til con prøven, isopor plate og 6 knappenåler til fiksering av konet

Til støvsuger: 2 engangsfilter, slanger

Plate til diatermi og ledning med klype til feste i platen

Dekkestykke (grønt klede)

Eventuelt: tampong, Cellistyp tampong, sutursett

Fremgangsmåte

Dekk opp sterilt assistansebord til Conisering med diatermi

Engangsfilter, tykk slange og tynn slange kobles til støvsuger.

Pas kler av seg nedentil og legges i benholder på operasjonsbord. Dekkes med grønt klede.

Alt av smykker, piercing og metall tas av på forhånd

Plate til diatermi festes på pasientens lår og ledning kobles til diatermiapparatet.

Det brukes selvholdende spekulum og legen pensler med Eddiksyre 4 % og kolposcoperer.

Lege setter lokalbedøvelse, og velger størrelse på diatermislyngen, tar på maske.


Støvsuger og lasermaskin settes på.

Sykepleier setter kontakten til diatermipennen i lasermaskin apparatet, stiller inn etter forskriftene , setter først på «Desicate «til coniseringen

Legen skjærer ut konet. Sykepleier stiller apparatet på «Fulgerate», legen tar diatermi forlenger og kule og diatermerer.

Eventuelt blødning: Cellistyp tampong med Xylocain 5 mg/ml med Adrenalin 5 microgr./ml og tampong eller suturering.

Utarbeidet av: Kari Bøhn	Fagansvarlig: Inger Klouman	Godkjent av: Ikke styrt	
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Conisering (Laserbehandling) med Diatermi-SSK				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.KKK.GPK.2-21	Utarbeidet av: Kari Bøhn	Fagansvarlig: Inger Klouman	Godkjent dato: 18.01.2023	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.03

Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Kvinneklubbens poliklinikk SSK/Pasienter og brukere

Legen spenner opp konet med nåler på isoporplate og legger preparatet i biopsibeger i formaldehyd 4% (pasientens navn og fødselsnummer), histologiremisje og leveres til patologisk avdeling. Pasienten reise hjem, er informert om videre forholdsregler og får med seg skriftlig informasjon. Operasjonsbenken rengjøres med sprit og også diverse ledninger.

Kryssreferanser

Eksterne referanser