

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | | Klinikknivå | | | Kliniske fagprosedyrer |
| Hydrosonografi | | | | | Side 1 av 1 |
| Dokumentplassering: II.SOK.KKK.GPK.2-3 | Godkjent dato: 11.06.2025 | Revideres innen: 11.06.2027 | Sist endret: 11.06.2025 | Revisjon: 0.03 | |

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Kvinneklubbens poliklinikk SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: polypp

HENSIKT

Målet er at legen får undersøkt pasienten for å avdekke eventuelle polypper eller andre uregelmessigheter i uterus.

MÅLGRUPPE

Det er legens ansvar å utføre dette. Sykepleier har ansvar for å assistere legen og være til stedet under hele undersøkelsen.

FREMANGSMÅTE

Utstyr:

Dekk opp på brettet:

Dekkpapir

Speculum nr 2

Kuletang

Korntang

Knoppsonde

5 Tupfere

Cusco

Sterile hansker

Vaskesett

20 ml sprøyte

NaCl 20 ml

Eget hydrosonografi-kateter m sprøyte evt (kateter sonde nr ch 06—40 cm lang)

Pasienten følges til avkledning og får ett grønt klede til å dekke seg med når hun skal opp i gyn. stolen. Ultralyd apparat settes på og ultralydproben står klar med gel og kondom.

Legen utfører en vaginal gu. Det brukes en cusco og en knoppsonde hvis cervix er trang. Sett den tynne katetersonden inn i livmoren. Cusco tas ut og ultralyd-proben settes inn og når ultalydbilde er innstilt, så settes 20 NaCl inn med sprøyten. Eventuelle polypper vil da avdekkes.


Sykepleier er til stede under hele undersøkelsen og assisterer etter behov.

Sykepleier rydder og rengjør med sprit/ Oxywibes gyn.stol og ultralydprobe med Tristel Duo.

Klargjør til neste pasient.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Utarbeidet av: Inger Klouman | Fagansvarlig: Inger Klouman | Verifisert av:  | Godkjent av: Ikke styrt | Dok.nr: D48260 |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|