

 SØRLANDET SYKEHUS		Klinikknivå			Retningslinje
Sedaconda ACD - utstyrsliste					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOA.AIO.SSA.2.c-37		Godkjent dato: 29.11.2024	Revideres innen: 29.11.2026	Sist endret: 22.04.2025	Revisjon: 2.04

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

INNHold I BAKKEN:

FlurAbsorb gassfilter	1 stk
Blå holder for FlurAbsorb gassfilter	1 stk
Scavenging Tube	2 stk
Kne/vinkelstykke til ekspirasjonsventil på Hamilton C6 (er engangs, men kan vaskes)	2 stk
Vannfelle	2 stk
Sedaconda Syringe – ferdig merkete sprøyter	10 stk
Engangs filling adapter	2 stk
Sedaconda ACD-S (Anaesthetic Conserving Device) 50 ml	3 stk
Sedaconda ACD-L (Anaesthetic Conserving Devise) 100 ml	2 stk
Gas Sampling Line 2,5 m	5 stk
Nafionslange	5 stk
Dräger vannfelle til gassmodul (Waterlock2)	2-4 stk
Connector 22M + 15M Sampling port	3 stk
Brukerveiledning	

Annet:

GASSMODUL - 2 STK ER I EGEN BAKK/SKUFF OVER BLODGASSAPPARAT
(NB! Bruk grønn bobleslange ved smitte)

FORBRUKSMATERIELL TIL PÅFYLLING FINNES PÅ FJERNLAGER (ved fagspl. kontor)

ETTER BRUK: BAKKEN FYLLES OPP OG PLOMBERES!

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: H. Hembre	Fagansvarlig: 	Verifisert av: 	Godkjent av: Berit Vrålstad	Dok.nr: D48479
------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------