

Veiledning til blanding av Clindamycin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

I.2.10-13

Godkjent dato:

02.10.2024

Revideres innen:

02.10.2026

Sist endret:

02.10.2024

Revisjon:

1.02

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 02.10.2026 uten endringer i dokumentet.

Intermitterende infusjon

Materialet du skal bruke:

- 1 stk. 250 ml 0,9 % NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.
(Vurder 1 stk. 500 ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK og høy dose)
- Clindamycin, antall ampuller svarende til ordinert døgndose.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 1 Sterile kompresser
- 1 Steril hanske
- 1 Sprøyter 20ml (Luer-Lock tupp)
- 1 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen
- 1 Tilsetningslapp

Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle ampullehalser skal desinfiseres før de brekkes av. Ikke ta på sprøytstempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske på den ene hånden ved tilbereding.
2. Trekk opp døgndosen med injeksjonsvæsken og tilsett i NaCl posen.
3. Tøm posen for luft.
4. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
5. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så ett inntil posebytte som mulig.
Oppbevares i romtemperatur.
6. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: ca. 280 ml/530ml

Utarbeidet av: Kirsti vedå	Fagansvarlig: Marianne Jakobsen	Verifisert av: □	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D49232
-------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------