

Veiledning til blanding av Ceftazidim til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

I.3.12-14

Godkjent dato:

26.03.2024

Revideres innen:

26.03.2026

Sist endret:

26.03.2024

Revisjon:

1.02

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 26.03.2026 uten endringer i dokumentet.

Intermitterende infusjon

Materialet du skal bruke:

- 1 stk. 250 ml 0,9 % NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.
(1. stk 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Ceftazidim, antall hetteglass svarende til ordinert døgndose.
- Klorheksidinsprit 5 mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter 20ml (Luer-Lock)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen
- Tilsetningslapp

Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempelet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske på den ene hånden ved tilbereding.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 10 ml NaCl. Trekk opp kun ett hetteglass pr. sprøyte da det danner mye gass og det blir høyt trykk i sprøyta.
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta opptil flere minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører Ceftazidim-oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig. Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 270 ml/520ml

Utarbeidet av:
Kirsti VedåFagansvarlig:
Marianne JakobsenVerifisert av:
□Godkjent av:
Per EngstrandDok.nr:
D49233