

Veiledning til blanding av cefazolin til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

I.3.10-15

Godkjent dato:

03.01.2024

Revideres innen:

03.01.2026

Sist endret:

25.03.2024

Revisjon:

1.03

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Intermitterende infusjon

Materialet du skal bruke:

- 1 stk. 250 ml 0,9 % NaCl myk infusjonspose.
(1 stk. 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Cefazolin, antall hetteglass svarende til ordinert døgndose.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter 20ml (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyler 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen
- 1 tilsetningslapp/ tilsetningslapp fra MetaVision (MV)

Blanding og tilkobling:

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglassene skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempelet eller overgangen mellom kanyler/sprøyte. Bruk steril hanske på den ene hånden ved tilbereding.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 8-9 ml NaCl. (for eksempel trekk ut ca. 16 ml av 250 ml NaCl infusjonsposen og fordel væsken på 2 hetteglass. Gjenta prosessen.)
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta opptil flere minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører Cefazolin-oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Fyll ut tilsetningslapp. Hvis tilgang til MV print ut alle tilsetningslappene fra MV og fest på posen.
Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig.
Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: 270 ml/520ml

Utarbeidet av: Fagsykepleier Kirsti Vedå	Fagansvarlig: Enhetsleder, spl. Marianne Jacobsen	Verifisert av: []	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Dok.nr: D52032
---	---	----------------------	--	-------------------