

 SØRLANDET SYKEHUS				Klinikknivå			Prosedyre				
TR-band, PCI, SSA							Side 1 av 2				
Dokumentplassering: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-19				Godkjent dato: 07.03.2025		Revideres innen: 07.03.2027		Sist endret: 07.03.2025		Revisjon: 1.05	

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 07.03.2027 uten endringer i dokumentet.



INDIKASJON

TR band er en kompresjonssenhet for radialarterie som brukes for å stanse blødning fra innstikk etter coronar angiografi/PCI. Den brukes gjerne til pasienter med skjør hud eller allergi mot plastertape. Den kan også benyttes sammen med StatSeal [StatSeal, PCI, SSA](#)

TR-band finnes i to størrelser; regular (24 cm) og large (29 cm)

ANSVAR

PCI-operatør er ansvarlig for korrekt påsetting av TR-band under assistanse fra sykepleier/radiograf på PCI-avdelingen. Etter prosedyren har pasientansvarlig sykepleier/hjelpepleier ansvar for å følge opp, observere og iverksette nødvendige tiltak om blødning skulle oppstå.

FREM GANGSMÅTE

Legge TR-band

- Den grønne markøren på TR-bandet plasseres 1-2mm proksimalt for innstikksstedet, og armbåndet festes rundt handleddet ved hjelp av borrelåsene.
- Armbåndet må festes stramt nok til at det ikke roterer.

Utarbeidet av: Marianne Rognli	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Verifisert av:	Godkjent av: Avd.leder. Geir Rørbakken	Dok.nr: D52297
--	--	----------------	--	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	TR-band, PCI, SSA				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-19	Utarbeidet av: Marianne Rognli	Fagansvarlig: Slobodan Calic	Godkjent dato: 07.03.2025	Godkjent av: Avd.leder. Geir Rørbakken	Revisjon: 1.05

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

- Armbåndet festes litt ulikt for høyre og venstre håndledd - Terumo-logoen skal være nærmest pasientens lillefinger.
- 15-18 ml luft injiseres samtidig som introduceren trekkes ut.
- Ta ut 1ml luft pr sekund mens det observeres for blødning. Når det begynner å blø injiseres 1-2 ml luft igjen, til blødningen stopper.
 - Nominelt luftinjeksjonsvolum: 13 ml
 - Maks luftinjeksjonsvolum: 18 ml
- Sett på en ekstra tape på det justerbare festet for å hindre at det løsner.
- Antall ml luft som er i TR-båndet noteres på PCI-skjemaet.
- NB! Husk å la sprøyta følge med pasienten!

Seponere TR-band

- TR-bandet seponeres vanligvis etter 3-4 timer. Ved behandling med Marevan eller Integrilin seponeres den etter 6 timer.
- Ved StatSeal seponeres TR-bandet etter 1 ½ time.
- 3-5 ml luft slippes ut hvert 10-15 min. Alternativt, for at seponeringen skal gå raskere, kan TR-bandet deflateres sakte i ett steg.
- Om det oppstår blødning under fjerningen må nok luft settes inn igjen til at blødningen stanser. Vent 30 minutter og prøv igjen.
- TR-bandet kan tas av når all luften er fjernet, og man har kontrollert at det ikke blør.
- En steril kompress settes på med et lett trykk mot innstikket.
- Observer for blødning.

Kryssreferanser

[II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.1-](#) [StatSeal, PCI, SSA](#)

[16](#)

Eksterne referanser